

22 мая 2020 г. № 140

Управление Федеральной
антимонопольной службы по Самарской
области

Жалоба на действие Заказчика при организации электронного аукциона

1. Заявитель:

Общество с ограниченной ответственностью «АРИОН»
603093, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, ул. Родионова, 134, литер А,
помещение 3
Тел. (факс): 8(800)511-01-14, (831) 434-96-41
ИНН/КПП: 5260177584 / 526001001
e-mail: info@ari-on.ru

2. Оператор электронной площадки:

АО «ЕЭТП» (РОСЭЛТОРГ)
115114, Москва, ул. Кожевническая 14, стр. 5
+7 495 276-16-26

3. Заказчик /Организатор:

Публичное акционерное общество «ОДК-Кузнецов»
443009, г. Самара, Заводское шоссе, 29
(846) 227-32-52, факс - (846) 955-15-20
ИНН 6319033379
motor@kuznetsov-motors.ru

4. Адрес официального сайта, на котором размещена информация о закупке:

<https://www.roseltorg.ru>
Процедура №0742000000220000022.

Наименование процедуры: Поставка, монтаж, пуско-наладка и ввод в эксплуатацию комплекса технологического оборудования, а также инструктаж персонала работе на оборудовании по объекту «Реконструкция и техническое перевооружение производства корпуса компрессоров авиадвигателей, 2 Этап Публичного акционерного общества «Кузнецов», г. Самара» Публичное акционерное общество «Кузнецов», г. Самара, Самарская область».

Дата опубликования извещения о проведении запроса предложений: 15.05.2020 г.

5. Обжалуемые действия:

Включение в состав лота товаров, технологически и функционально не связанных с товарами, поставка которых являются предметом торгов.

6. Доводы жалобы:

15.05.2020 на электронной площадке АО «ЕЭТП» (РОСЭЛТОРГ) ПАО «ОДК-Кузнецов» была размещена информация об организации электронного аукциона №0742000000220000022.

Предметом электронного аукциона являются номенклатурные позиции, технологически и функционально относящиеся к двум разным видам неразрушающего контроля, а именно:

Автоматизированная установка КАМА-1200 для флуоресцентного капиллярного контроля – является оборудованием для проведения неразрушающего контроля капиллярным методом. Суть метода заключается в поочередном нанесении дефектоскопических материалов на проверяемую деталь с дальнейшей визуальной оценкой наличия дефектов. **Метод позволяет выявлять дефекты, выходящие на поверхность проверяемой детали.** Номенклатурная база - ГОСТ 18442-80.

Стационарные установки (дефектоскопы) магнитопорошкового контроля, магнитопорошковые дефектоскопы Ермаг 1000, Ермаг 1800, Ермаг 3000 – являются оборудованием для проведения неразрушающего контроля магнитопорошковым методом. Суть метода заключается в намагничивании изделия любым способом (до требуемых значений) и дальнейшем нанесении дефектоскопического материала на проверяемую деталь с последующей визуальной оценкой наличия дефектов. Таким образом, объектом контроля может являться только ферромагнитное изделие (из материала, способного намагничиваться). В отличие от метода капиллярной дефектоскопии, **магнитопорошковый метод позволяет выявлять дефекты, не выходящие на поверхность проверяемой детали (подповерхностные дефекты).** Номенклатурная база - ГОСТ 21105-87.

Таким образом, несмотря на то, что оба типа оборудования являются средством неразрушающего контроля, технология контроля принципиально отличается.

В соответствии с ч. 3 ст. 17 Федерального закона от 26.07.2006 №135-ФЗ «О защите конкуренции» при проведении торгов в случае закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд запрещается ограничение конкуренции между участниками торгов путем включения в состав лотов товаров, работ, услуг, технологически и функционально не связанных с товарами, работами, услугами, поставки, выполнение, оказание которых являются предметом торгов.

Считаем, что вышеуказанные номенклатурные позиции являются технологически и функционально не связанными между собой товарами, отличаются друг от друга значительными особенностями (детальными), влияющими на качество и основные потребительские свойства товаров, являются неоднородными (различными) по своему потребительскому назначению и не могут быть взаимозаменяемыми. Указанные товарные позиции относятся к разным товарным рынкам.

Более того, объединение в один лот данных номенклатурных позиций (укрупнение лота) может повлечь за собой сокращение числа хозяйствующих субъектов, которые могут



принять участие в электронном аукционе в связи с тем, что это ведет к повышению размера обеспечения заявки, исполнения контракта и исполнения гарантийных обязательств.

На основании вышеизложенного

ПРОШУ:

1. Рассмотреть настоящую жалобу по существу и признать положения закупочной документации ПАО «ОДК-Кузнецов» не соответствующими Федеральному закону №135-ФЗ «О защите конкуренции»;
2. Отменить электронный аукцион и обязать ПАО «ОДК-Кузнецов» провести его заново после внесения изменений в закупочную документацию.

Приложения:

1. Документация об электронном аукционе;
2. Обоснование НМЦ контракта (Приложение 3 к документации);
3. Техническое задание;
4. Скриншот с сайтов <https://www.roseltorg.ru>, <https://zakupki.gov.ru>;
5. Документы, подтверждающие полномочия директора ООО «АРИОН».

Директор _____

В.А. Зобов



Исполнитель:

Васильева А.А.

тел.: 8 (831) 278-91-53 (вн. 313)

e-mail: urist@xrs.ru