

**ЖАЛОБА**  
**на положение Извещения о проведении Запроса котировок**  
**(ФЗ-№223)**

заявитель	Индивидуальный предприниматель Гольдяпин Михаил Викторович Место нахождения: 123298, г. Москва, ул. Народного Ополчения, д. 42, к. 1, кв. 68 Почтовый адрес: 123298, г. Москва, ул. Народного Ополчения, д. 42, к. 1, кв. 68 Телефон: 8 (925) 767-96-54 Электронная почта: mktmed@bk.ru
заказчик	<b>Государственное автономное учреждение здравоохранения Московской области «Павлово-Посадский кожно-венерологический диспансер»</b> <i>место нахождения / почтовый адрес:</i> 142500, Московская область, г. Павловский Посад, ул. Чапаева д. 16/15 Адрес электронной почты: ppkbd@mail.ru телефон / факс: +7(496) 432-52-40
указание на обжалуемые торги	32312248578
сайт опубликования документации	<a href="https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/notice223/comm-on-info.html?noticeInfoId=15104181">https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/notice223/comm-on-info.html?noticeInfoId=15104181</a>

Заявитель считает, что описание объекта закупки, проводимой Заказчиком, ограничивает добросовестную конкуренцию, что подтверждается следующим:

Согласно пункту 2.5 Формы №5 Извещения о проведении закупки, Заказчиком установлено следующее требование к гематологическому анализатору:

***«Минимальное количество образца венозной крови, необходимое для проведения измерения, не более: 9 мкл».***

Заявитель желает принять добросовестно-конкурентное участие в данной закупке и предложить к поставке анализатор известной торговой марки.

Однако, значение данного анализатора по вышеуказанному показателю - не более 10 мкл

Заявитель сообщает Комиссии Управления, что пункт 5.2.4 ГОСТ Р 55991.6-2014 «Медицинские изделия для диагностики in vitro. Часть 6. Автоматические анализаторы для гематологических исследований. Технические требования для государственных закупок» - **НЕ СОДЕРЖИТ КОНКРЕТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЯ «Минимальное количество образца венозной крови»**, то есть, в данном ГОСТ не указано 9мкл (10мкл или 8мкл), а в Извещении о проведении закупки указано...

Ввиду вышеизложенного, в целях возможности большего количества участников закупки, возможности участникам закупки предложить оборудование разных производителей, а также создания добросовестной конкурентной среды при проведении данной закупки,

Ввиду вышеизложенного,

### **ПРОШУ УВАЖАЕМУЮ КОМИССИЮ УПРАВЛЕНИЯ**

1. Жалобу признать – обоснованной.
2. Выдать Заказчику Предписание о внесении изменений в Извещение о закупке в части характеристики «*Минимальное количество образца венозной крови, необходимое для проведения измерения*», **указав ее в следующей редакции:**
  - «минимальное количество образца венозной крови, необходимое для проведения измерения, **не более: 10 мкл**».
  - **либо удалить конкретное значение (9мкл) показателя «Минимальное количество образца венозной крови, необходимое для проведения измерения» - как отсутствующее в ГОСТ Р 55991.6-2014.**

приложение

- документ, подтверждающий полномочия лица, подписавшего жалобу.

**ИП Гольдяпин М.В.**

---