

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ АНТИМОНОПОЛЬНАЯ СЛУЖБА**  
**УПРАВЛЕНИЕ**  
**по Владимирской области**

ул. Большая Московская, 1, г. Владимир, 600000 тел./ факс (4922) 33-49-78, 43-10-25  
e-mail: [to33@fas.gov.ru](mailto:to33@fas.gov.ru)

**РЕШЕНИЕ**  
**по делу о нарушении законодательства**  
**о контрактной системе в сфере закупок**  
**№ 033/06/67-415/2020**

25 мая 2020 года

г. Владимир

*Резолютивная часть решения оглашена 25.05.2020*

Комиссия Владимирского УФАС России по контролю в сфере закупок (далее – Комиссия) в составе:

председателя Комиссии:

.... заместителя руководителя управления – начальника отдела,

членов Комиссии:

.... заместителя начальника отдела,

.... главного специалиста-эксперта,

.... главного-специалиста-эксперта,

на основании части 8 статьи 106 Федерального закона № 44-ФЗ от 05.04.2013 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Закон о контрактной системе в сфере закупок) и Административного регламента Федеральной антимонопольной службы по исполнению государственной функции по рассмотрению жалоб на действия (бездействие) заказчика, уполномоченного органа, уполномоченного учреждения, специализированной организации, комиссии по осуществлению закупок, ее членов, должностного лица контрактной службы, контрактного управляющего, оператора электронной площадки при определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для обеспечения государственных и муниципальных нужд, утвержденного приказом ФАС России от 19.11.2014 № 727/14 (далее - административный регламент) рассмотрела жалобу ООО «Нобл Стил» на действие комиссии при проведении электронного аукциона на право заключить контракт поставку расходных материалов для ОРХМДиЛ для нужд государственного бюджетного учреждения здравоохранения Владимирской области "Областная клиническая больница" (ГБУЗВО "ОКБ") (№ закупки 0128200000120002006) в присутствии:

представителей заказчика- государственного бюджетного учреждения здравоохранения Владимирской области "Областная клиническая больница" ..... (доверенность от 26.09.2019г. № 62),  
..... (доверенность от 25.03.2020г. №12).

представителя уполномоченного органа – департамента имущественных и земельных отношений администрации Владимирской области (далее – департамент, уполномоченный орган):  
.... (доверенность от 10.01.2020 № 25);

представителей заявителя - ООО «Нобл Стил» .. (доверенность от 27.03.2020г., б/н), ..... (доверенность от 27.03.2020г. б/н).

22.05.2020г. в соответствии с пунктом 3.32 Административного регламента и частью 3 статьи 106 Закона о контрактной системе в сфере закупок в рамках рассмотрения дела о нарушении

законодательства о контрактной системе в сфере закупок Комиссией объявлен перерыв до 25.05.2020г.

В ходе рассмотрения дела о нарушении законодательства в сфере закупок № 033/06/67-415/2020 Комиссия Владимирского УФАС России,

**УСТАНОВИЛА:**

18 мая 2020г. во Владимирское УФАС России поступила жалоба ООО «Нобл Стил» (далее - заявитель, общество) на действие комиссии при проведении электронного аукциона на право заключить контракт поставку расходных материалов для ОРХМДиЛ для нужд государственного бюджетного учреждения здравоохранения Владимирской области "Областная клиническая больница" (№ закупки 0128200000120002006).

Заявитель в своей жалобе изложил следующее.

ООО «Нобл Стил» была подана заявка на участие в электронном аукционе № 0128200000120002006.

Заявка заявителя была отклонена.

Заявитель считает, что аукционная комиссия нарушила требования Закона о контрактной системе в сфере закупок, неправомерно признав заявку заявителя не соответствующей.

Причина отклонения п. 1 ч. 4 ст. 67 - непредоставление информации, предусмотренной ч. 3 ст. 66 44-ФЗ, или предоставление/установление недостоверной информации предусмотренной ч. 3 ст. 66 44-ФЗ: Приложение №2 к информационной карте, п.13.2 Инструкции участникам закупок документации об электронном аукционе, п.1 ч.4 ст.67 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" – непредставление информации (**по поз. 1.1 показатели товара указаны не в полном объеме (диаметр баллона, длина баллона)**), предусмотренной ч. 3 ст. 66 Федерального закона от 05.04.2013 №44.

Согласно п. 1 Приложения № 2 к информационной карте Аукциона «Показатели товара (поставка катетеров баллонных для коронарной ангиопластики, стандартных)» Заказчик установил следующие требования к товару «Катетер баллонный для коронарной ангиопластики, стандартный»:

№ п/п	Наименование товара	Значение показателя			
		Технические, качественные характеристики (функциональные характеристики, упаковка) товара			
		Наименование показателя	Ед. изм. показателя	Значение показателя	Обоснование включения показателя в описание
1	Катетер баллонный для коронарной ангиопластики, стандартный	Диаметр баллона**	мм	$\geq 1.26$ и $\leq 1.5^*$ ; $\geq 1.76$ и $\leq 2^*$ ; $> 2.26$ и $\leq 2.5^*$ ; $> 2.51$ и $\leq 2.75^*$ ; $> 2.76$ и $\leq 3^*$ ; $> 3,26$ и $\leq 3.5^*$ ; $\geq 3.76$ и $\leq 4^*$	Соответствует описанию КТРУ
		Длина баллона**	мм	$\geq 9.1$ и $\leq 10^*$ ; $\geq 12.1$ и $\leq 15^*$ ; $\geq 15.1$ и $\leq 20^*$ ; $\geq 20.1$ и $\leq 25^*$ ; $\geq 25.1$ и $\leq 30^*$	Соответствует описанию КТРУ

В п. 1 первой части заявки Заявитель указал согласие на поставку товара «Катетер баллонный для коронарной ангиопластики, стандартный» двух производителей:

№ п/п	Наименование товара	Значение показателя			
		Технические, качественные характеристики (функциональные характеристики, упаковка) товара			
		Наименование показателя	Ед. изм. показателя	Значение показателя	Обоснование включения показателя в описание
1	Катетер коронарный баллонный «КОЛИБРИ» по ТУ 9436-001-83540797-2008 Российская Федерация Ангиолайн	Диаметр баллона**	мм	1.5*; 2*; 2.5*; 3*; 3.5*; 4*	Соответствует описанию КТРУ
		Длина баллона**	мм	10*; 15*; 20*; 25*; 30*	Соответствует описанию КТРУ
1.1	Катетер баллонный Powerline Швейцария Powerline	Диаметр баллона**	мм	2.75*	Соответствует описанию КТРУ
		Длина баллона**	мм	20*	Соответствует описанию КТРУ

Предложенный Заявителем Товар соответствует всем требованиям Заказчика, указанным в п. 1 Приложения № 2 к информационной карте Аукциона, в том числе требованиям к «Диаметру баллона» и «Длине баллона», что подтверждается разъяснениями положений документации об Аукционе от 06.05.2020 г. № ОКБ -2043-01-06 (далее «Разъяснения»).

В Разъяснениях Заказчик подтвердил, что требованиям к товару, указанным в п. 1 Приложения № 2 к информационной карте Аукциона, **соответствует товар двух производителей: Ангиолайн и Biosensors** (Biosensors International Group, Швейцария, является производителем товара «Катетер баллонный Powerline»). То есть Заявитель не мог указать в п. 1 первой части заявки товар других производителей.

Необходимость указания в п. 1 первой части заявки товара двух производителей вызвана тем, что Катетер коронарный баллонный «КОЛИБРИ» по ТУ 9436-001-83540797-2008 с **баллоном диаметром 2,75 мм не производится** (письмо ООО «Ангиолайн» от 18.05. 2020 № 176 ). При этом Катетер баллонный Powerline **производится с баллоном диаметром 2,75 мм, но только с длиной баллона 20 мм.**

Данная позиция подтверждается информацией, содержащейся в каталоге производителей.

Таким образом, Общество, считает действия аукционной комиссии по отклонению заявки Заявителя необоснованными и незаконными.

В обоснование правомерности действий аукционной комиссии представитель уполномоченного органа пояснила следующее.

Комиссия рассмотрела первые части заявок на участие в электронном аукционе в порядке, установленном статьей 67 Закона о контрактной системе в сфере закупок и приняла решение об отказе в допуске заявкам с идентификационными номерами 3,4.

Согласно протоколу рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе от 15.05.2020 № 0128200000120002006 заявке с идентификационным номером 3 отказано в допуске в соответствии с п. 1 ч. 4 ст. 67 Закона о контрактной системе в сфере закупок - непредоставление информации, предусмотренной ч. 3 ст. 66 Закона о контрактной системе в сфере закупок, или предоставление/установление недостоверной информации предусмотренной ч. 3 ст. 66 Закона о контрактной системе в сфере закупок: Приложение №2 к информационной карте, п.13.2 Инструкции участникам закупок документации об электронном аукционе, п.1 ч.4 ст.67 Закона о контрактной системе в сфере закупок – непредставление информации (по поз. 1.1. показатели товара указаны не в полном объеме (диаметр баллона, длина баллона)).

В Приложении № 1 к информационной карте по позиции 1 Заказчиком указано:

Диаметр баллона **	мм	$\geq 1.26$ и $\leq 1.5^*$ ; $\geq 1.76$ и $\leq 2^*$ ; $> 2.26$ и $\leq 2.5^*$ ; $> 2.51$ и $\leq 2.75^*$ ; $> 2.76$ и $\leq 3^*$ ; $> 3,26$ и $\leq 3.5^*$ ; $\geq 3.76$ и $\leq 4^*$	Соответствует описанию КТРУ
Длина баллона**	мм	$\geq 9.1$ и $\leq 10^*$ ; $\geq 12.1$ и $\leq 15^*$ ; $\geq 15.1$ и $\leq 20^*$ ; $\geq 20.1$ и $\leq 25^*$ ; $\geq 25.1$ и $\leq 30^*$	Соответствует описанию КТРУ

\* Участник закупки указывает конкретный показатель

\*\* Участник закупки указывает размерный ряд

В заявке ООО «Нобл Стил» по позиции № 1 указано следующее:

№ п/п	Наименование товара	Значение показателя		Обоснование включения показателя в описание	
		Технические, качественные характеристики (функциональные характеристики, упаковка) товара			
		Наименование показателя	Ед. изм. показателя	Значение показателя	
1	Катетер коронарный баллонный «КОЛИБРИ» по ТУ 9436-001-83540797-2008 Российская Федерация Ангиолайн	Диаметр баллона **	мм	1.5*; 2*; 2.5*; 3*; 3.5*; 4*	Соответствует описанию КТРУ
		Длина баллона**	мм	10*; 15*; 20*; 25*; 30*	Соответствует описанию КТРУ

1.1	Катетер баллонный Powerline Швейцария Powerline	Диаметр баллона **	мм	2.75*	Соответствует описанию КТРУ
		Длина баллона**	мм	20*	Соответствует описанию КТРУ

При этом, в заявке ООО «Нобл Стил» по позиции № 1 не указан один из диаметров баллона со значением  $> 2.51$  и  $\leq 2.75^*$ .

При этом, в заявке ООО «Нобл Стил» по позиции № 1.1. показатели товара указаны также не в полном объеме. Не указан размерный ряд со значениями показателей установленными Приложением № 1 к информационной карте для диаметра баллона и длины баллона.

Таким образом, Заявителем жалобы в составе первой части заявки по спорной позиции не предоставлены характеристики товара как в отношении позиции № 1 Приложения № 1 к информационной карте, так и в отношении позиции № 1.1. предлагаемой Заявителем.

Аукционная комиссия, действуя в пределах своих полномочий в рамках статьи 67 Закона о контрактной системе в сфере закупок, а именно, проверяя первые части заявок на соответствие требованиям, установленным документацией о таком аукционе, правомерно отказала заявителю жалобы в допуске к участию в электронном аукционе.

Исходя из изложенного, уполномоченный орган Владимирской области считает, что нарушений законодательства при проведении электронного аукциона № 0128200000120002006 со стороны департамента имущественных и земельных отношений администрации Владимирской области не допущено.

Представитель заказчика по доводам рассматриваемой жалобы пояснил следующее.

Участник предлагает к поставке баллонный катетер диаметром 2,75 мм и длиной только 20 мм, в то время, как потребность заказчика состоит в поставке баллонного катетера диаметром 2,75 мм и длиной согласно размерного ряда, а именно: 10 мм, 15 мм, 20 мм, 25 мм, 30 мм.

В виду изложенного, заказчик просит признать жалобу ООО "Нобл Стил" необоснованной, поскольку действие комиссии выраженное в отклонении заявки №3 полностью соответствуют требованиям Закона о контрактной системе закупок.

**Изучив представленные документы, исследовав доказательства сторон в рамках внеплановой проверки, проведенной в соответствии с пунктом 1 частью 15 статьи 99 Закона о контрактной системе, Комиссия пришла к следующим выводам.**

13.04.2020 года на официальном сайте единой информационной системы в сфере закупок были размещены извещение о проведении электронного аукциона № 0128200000120002006 и документация об электронном аукционе на поставку расходных материалов для ОРХМДиЛ.

Начальная (максимальная) цена контракта: 11 270 900,00 рублей.

При проведении электронного аукциона согласно части 1 статьи 67 Закона о контрактной системе в сфере закупок) аукционная комиссия проверяет первые части заявок на участие в электронном аукционе, содержащие информацию, предусмотренную частью 3 статьи 66 Закона о контрактной системе в сфере закупок, на соответствие требованиям, установленным документацией о таком аукционе в отношении закупаемых товаров, работ, услуг.

В соответствии с частью 4 статьи 67 Закона о контрактной системе в сфере закупок участник электронного аукциона не допускается к участию в нем в случае:

- 1) непредоставления информации, предусмотренной частью 3 статьи 66 Закона о контрактной системе в сфере закупок, или предоставления недостоверной информации;
- 2) несоответствия информации, предусмотренной частью 3 статьи 66 Закона о контрактной системе в сфере закупок, требованиям документации о таком аукционе.

В силу части 3 статьи 66 Закона о контрактной системе в сфере закупок первая часть заявки на участие в электронном аукционе, за исключением случая, предусмотренного частью 3.1 статьи 66 Закона о контрактной системе в сфере закупок, должна содержать:

1) согласие участника электронного аукциона на поставку товара, выполнение работы или оказание услуги на условиях, предусмотренных документацией об электронном аукционе и не подлежащих изменению по 3 результатам проведения электронного аукциона (такое согласие дается с применением программно-аппаратных средств электронной площадки);

2) при осуществлении закупки товара, в том числе поставляемого заказчику при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг:

а) наименование страны происхождения товара;

б) конкретные показатели товара, соответствующие значениям, установленным в документации об электронном аукционе, и указание на товарный знак (при наличии). Информация, предусмотренная настоящим подпунктом, включается в заявку на участие в электронном аукционе в случае отсутствия в документации об электронном аукционе указания на товарный знак или в случае, если участник закупки предлагает товар, который обозначен товарным знаком, отличным от товарного знака, указанного в документации об электронном аукционе.

Аналогичные требования установлены заказчиком в пунктах 13.2, 16.4 Инструкции к документации об электронном аукционе.

В соответствии с протоколом рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе от 15.05.2020 № 0128200000120002006 по окончании срока подачи заявок до 14.05.2020 09:00:00 было подано 4 заявки от участников, с идентификационными номерами: 1, 2, 3, 4.

Комиссия рассмотрела первые части заявок на участие в электронном аукционе в порядке, установленном статьей 67 Закона о контрактной системе в сфере закупок и приняла решение об отказе в допуске заявкам с идентификационными номерами 3,4.

Согласно протоколу рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе от 15.05.2020 № 0128200000120002006 заявке с идентификационным **номером 3** отказано в допуске в соответствии с п. 1 ч. 4 ст. 67 Закона о контрактной системе в сфере закупок - непредоставление информации, предусмотренной ч. 3 ст. 66 Закона о контрактной системе в сфере закупок, или предоставление/установление недостоверной информации предусмотренной ч. 3 ст. 66 Закона о контрактной системе в сфере закупок: Приложение №2 к информационной карте, п.13.2 Инструкции участникам закупок документации об электронном аукционе, п.1 ч.4 ст.67 Закона о контрактной системе в сфере закупок – непредставление информации (**по поз. 1.1. показатели товара указаны не в полном объеме (диаметр баллона, длина баллона)**).

В Приложении № 1 к информационной карте по позиции 1 Заказчиком указано:

Диаметр баллона **	мм	$\geq 1.26$ и $\leq 1.5^*$ ; $\geq 1.76$ и $\leq 2^*$ ; $> 2.26$ и $\leq 2.5^*$ ; $> 2.51$ и $\leq 2.75^*$ ; $> 2.76$ и $\leq 3^*$ ; $> 3,26$ и $\leq 3.5^*$ ; $\geq 3.76$ и $\leq 4^*$	Соответствует описанию КТРУ
Длина баллона**	мм	$\geq 9.1$ и $\leq 10^*$ ; $\geq 12.1$ и $\leq 15^*$ ; $\geq 15.1$ и $\leq 20^*$ ; $\geq 20.1$ и $\leq 25^*$ ; $\geq 25.1$ и $\leq 30^*$	Соответствует описанию КТРУ

\* Участник закупки указывает конкретный показатель

\*\* Участник закупки указывает размерный ряд

В заявке ООО «Нобл Стил» по позиции № 1 указано следующее:

№ п/п	Наименование товара	Значение показателя			
		Технические, качественные характеристики (функциональные характеристики, упаковка) товара			
		Наименование показателя	Ед. изм. показателя	Значение показателя	Обоснование включения показателя в описание
1	Катетер коронарный баллонный «КОЛИБРИ» по ТУ 9436-001-83540797-2008 Российская Федерация Ангиолайн	Диаметр баллона**	мм	1.5*; 2*; 2.5*; 3*; 3.5*; 4*	Соответствует описанию КТРУ
		Длина баллона**	мм	10*; 15*; 20*; 25*; 30*	Соответствует описанию КТРУ
1.1	Катетер баллонный Powerline Швейцария Powerline	Диаметр баллона**	мм	<b>2.75*</b>	Соответствует описанию КТРУ
		Длина баллона**	мм	<b>20*</b>	Соответствует описанию КТРУ

Проанализировав первую часть заявки заявителя и требования, установленные заказчиком в аукционной документации, Комиссия пришла к следующему выводу, что в заявке ООО «Нобл Стил» по позиции № 1.1. показатели товара указаны не в полном объеме. Не указан размерный ряд со значениями показателей установленными Приложением № 1 к информационной карте для диаметра баллона и длины баллона.

Общество предложило к поставке баллонный катетер диаметром 2,75 и длиной только 20 мм., однако в техническом задании требуется указать баллонный катетер диаметром 2,75 мм и длиной 10 мм, 15 мм, 20 мм, 25 мм, 30 мм (согласно размерного ряда).

В связи с вышеизложенным, решение аукционной комиссии уполномоченного органа об отказе в допуске к участию в аукционе заявки ООО «Нобл Стил» было принято с соблюдением требований статьи 67 Закона о контрактной системе в сфере закупок, а именно проверяя первые части заявок на соответствие требованиям, установленным документацией о таком аукционе, правомерно отказала заявителю в допуске к участию в электронном аукционе, по основаниям указанным в протоколе рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе.

Вместе с тем, согласно предписанию по делу №033/06/8-382/2020 от 19.05.2020г. электронный аукцион на поставку расходных материалов для ОРХМДиЛ для нужд государственного бюджетного учреждения здравоохранения Владимирской области "Областная клиническая больница" (ГБУЗВО "ОКБ") (№ закупки 0128200000120002006) отменен.

На основании изложенного, руководствуясь частями 8 статьи 106, пунктом 3 частью 15 статьи 99 Закона о контрактной системе в сфере закупок, Комиссия Владимирского УФАС России

РЕШИЛА:

1. Признать жалобу ООО «Нобл Стил» на действие комиссии при проведении электронного аукциона на право заключить контракт на поставку расходных материалов для ОРХМДиЛ для нужд государственного бюджетного учреждения здравоохранения Владимирской области "Областная клиническая больница" (ГБУЗВО "ОКБ") (№ закупки 0128200000120002006) необоснованной.

*Настоящее решение вступает в законную силу с момента его вынесения и может быть обжаловано в судебном порядке в течение трех месяцев с момента вынесения.*