



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ
АНТИМОНОПОЛЬНАЯ СЛУЖБА**

**УПРАВЛЕНИЕ
Федеральной антимонопольной службы
по Свердловской области**

ул. Московская, 11, г. Екатеринбург, 620014
тел. (343) 377-00-83, факс (343) 377-00-84
e-mail: to66@fas.gov.ru

На № _____ № _____
от _____

Государственное автономное учреждение
здравоохранения Свердловской области
«Стоматологическая поликлиника №12 город
Екатеринбург»
(ГАУЗ СО «СП №12»)
620050, г. Екатеринбург, ул. Техническая, 28

ООО «Текстиль Северо-Запад»
197227, г. Санкт-Петербург, ул. Байконурская,
д.7 кор., 1 литер А, кв 232

АО «Сбербанк-АСТ»
119435, г. Москва, пер. Большой Саввинский, д.
12, стр. 9
<http://www.sberbank-ast.ru>

РЕШЕНИЕ

по жалобе № 066/01/18.1-3486/2021

г. Екатеринбург

20.10.2021г .

Комиссия Управления Федеральной антимонопольной службы по Свердловской области по рассмотрению жалоб на действия организатора торгов (далее по тексту – Комиссия) в составе:

*

рассмотрев жалобу ООО «Текстиль Северо-Запад» (197227, г. Санкт-Петербург, ул. Байконурская, д.7 кор., 1 литер А, кв 232) с информацией о нарушении заказчиком в лице ГАУЗ СО «СП №12» (620050, г. Екатеринбург, ул. Техническая, 28), его комиссией Федерального закона № 223-ФЗ от 18.07.2011г. «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» при проведении запросе котировок в электронной форме на перчатки медицинские одноразовые (извещение № 32110652703) в порядке ст. 18.1 Федерального Закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» (далее – Закон о защите конкуренции),

У С Т А Н О В И Л А:

В Управление Федеральной антимонопольной службы по Свердловской области поступила жалоба ООО «Текстиль Северо-Запад» (вх. № 01-27259 от 04.10.2021) с информацией о нарушении заказчика в лице ГАУЗ СО «СП №12», его комиссией Федерального закона № 223-ФЗ от 18.07.2011г. «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» при проведении запросе котировок в электронной форме на перчатки медицинские одноразовые (извещение № 32110652703), соответствующая требованиям части 6 статьи 18.1 Закона о защите конкуренции.

В своей жалобе заявитель указал, что заявка участника закупки ООО «Текстиль Северо-Запад» неправомерно признана несоответствующей требованиям запроса котировок в электронной форме, ввиду чего, просит признать жалобу обоснованной.

Проанализировав представленные материалы, Комиссия пришла к следующим выводам.

Согласно ч. 2 ст. 18.1 Закона о защите конкуренции действия (бездействие) организатора торгов, оператора электронной площадки, конкурсной или аукционной комиссии могут быть обжалованы в антимонопольный орган лицами, подавшими заявки на участие в торгах, а в случае, если такое обжалование связано с нарушением установленного нормативными правовыми актами порядка размещения информации о проведении торгов, порядка подачи заявок на участие в торгах, также иным лицом (заявителем), права или законные интересы которого могут быть ущемлены или нарушены в результате нарушения порядка организации и проведения торгов; акты и (или) действия (бездействие) уполномоченного органа и (или)

организации, осуществляющей эксплуатацию сетей, могут быть обжалованы юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем, права или законные интересы которых, по их мнению, нарушены в результате осуществления в отношении таких лиц процедур, включенных в исчерпывающие перечни процедур в сферах строительства, либо предъявления требования осуществить процедуру, не включенную в исчерпывающий перечень процедур в соответствующей сфере строительства (далее в настоящей статье - заявитель).

В соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 18.1 Закона о защите конкуренции в соответствии с правилами настоящей статьи антимонопольный орган рассматривает жалобы, в том числе, на действия (бездействие) юридического лица, организатора торгов, оператора электронной площадки, конкурсной или аукционной комиссии при организации и проведении торгов, заключении договоров по результатам торгов или в случае, если торги, проведение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, признаны несостоявшимися, а также при организации и проведении закупок в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», за исключением жалоб, рассмотрение которых предусмотрено законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

Согласно ч. 20 ст. 18.1 Закона о защите конкуренции по результатам рассмотрения жалобы по существу комиссия антимонопольного органа принимает решение о признании жалобы обоснованной или необоснованной и в случае, если жалоба признана обоснованной, либо в случае установления иных не являющихся предметом обжалования нарушений (нарушений порядка организации и проведения торгов, заключения договоров по результатам торгов или в случае признания торгов несостоявшимися, нарушений порядка осуществления в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, являющихся субъектами градостроительных отношений, процедур, включенных в исчерпывающие перечни процедур в сферах строительства) принимает решение о необходимости выдачи предписания, предусмотренного пунктом 3.1 части 1 статьи 23 настоящего Федерального закона.

В соответствии с ч. 1 ст. 2 Закона о закупках при закупке товаров, работ, услуг заказчики руководствуются Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, настоящим Федеральным законом, другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также принятыми в соответствии с ними и утвержденными с учетом положений части 3 настоящей статьи правовыми актами, регламентирующими правила закупки (далее - положение о закупке).

В силу ч. 2 ст. 2 Закона о закупках положение о закупке является документом, который регламентирует закупочную деятельность заказчика и должен содержать требования к закупке, в том числе порядок подготовки и осуществления закупок способами, указанными в частях 3.1 и 3.2 статьи 3 настоящего Федерального закона, порядок и условия их применения, порядок заключения и исполнения договоров, а также иные связанные с обеспечением закупки положения.

Документом, регламентирующим закупочную деятельность заказчика, является Положение о закупках товаров, работ, услуг государственного автономного учреждения здравоохранения Свердловской области «Стоматологическая поликлиника №12 город Екатеринбург», утвержденное решением наблюдательного совета ГАУЗ СО «СП №12» Протоколом № 1 от «14» января 2021 г. (с изменениями Протокол № 2 от 07.04.2021г., Протокол № 4 от 18.06.2021г.) и размещенного в единой информационной системе в версии 16 от 30.06.2021г. (далее – Положение о закупке).

20.09.2021 года на официальном сайте в сети «Интернет» было размещено извещение № 32110652703 на перчатки медицинские одноразовые.

Начальная (максимальная) цена договора 4 434 796,50 руб.

29.09.2021г. закупочной комиссией была проведена процедура рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе котировок, по ее итогам составлен протокол № 32110652703-01 от 29.09.2021г. на перчатки медицинские одноразовые, подписанный присутствующими на заседании членами комиссии.

В соответствии с указанным протоколом поступило 4 заявки от участников закупки.

Заявка с номером 3997 участника закупки ООО «Текстиль Северо-Запад» отклонена на основании: «Информация участника о товаре в заявке не соответствует требованиям документации о закупке, а именно техническим и функциональным характеристикам запрашиваемым заказчиком»

Согласно ч. 9 ст. 4 Закона о закупках в извещении об осуществлении конкурентной закупки должны быть указаны следующие сведения:

7) порядок, дата начала, дата и время окончания срока подачи заявок на участие в закупке (этапах конкурентной закупки) и порядок подведения итогов конкурентной закупки (этапов конкурентной закупки);

9) иные сведения, определенные положением о закупке.

Согласно ч. 86 гл. 10 Положения о закупке в извещении об осуществлении закупки должны быть указаны следующие сведения:

7) порядок, дата начала, дата и время окончания срока подачи заявок на участие в закупке (этапах конкурентной закупки) и порядок подведения итогов конкурентной закупки (этапов конкурентной закупки);

9) иные сведения, определенные настоящим положением.

Согласно п. 2 ч. 207 гл. 31 Положения о закупке извещение о проведении запроса котировок помимо информации, указанной в пункте 86 настоящего положения, должно содержать следующие сведения наименование, характеристики и количество поставляемых товаров, наименование, характеристики и объем выполняемых работ, оказываемых услуг. При этом должны быть указаны требования, установленные заказчиком к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, работы, услуги, размерам, упаковке, отгрузке товара, результатам работы, установленные заказчиком и предусмотренные техническими регламентами в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, документами, разрабатываемыми и применяемыми в национальной системе стандартизации, принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации о стандартизации, иные требования, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям заказчика.

Согласно ч. 99 гл. 10 Положения о закупке заявки на участие в закупке представляются согласно требованиям к содержанию, оформлению и составу заявки на участие в закупке, указанным в документации о закупке в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ и настоящим положением. Форма заявки на участие в запросе котировок в электронной форме устанавливается в извещении о проведении запроса котировок.

Пунктом 16 Извещения установлен порядок подачи заявок на участие в закупке, из которого следует, что заявка подается в электронной форме. Соблюдение участником закупки указанных требований означает, что все документы и сведения, входящие в состав заявки, поданы от его имени, а также подтверждает подлинность и достоверность представленных в составе заявки на участие в запросе котировок документов и сведений.

Для участия в запросе котировок участник должен подать заявку на участие в запросе котировок с использованием функционала и в соответствии с регламентом электронной площадки, оформленную в электронной форме, с приложением комплекта электронных документов, указанных в настоящем положении, содержание и оформление которых соответствует требованиям извещения о проведении запроса котировок.

Заявка на участие в запросе котировок подается участником закупки в срок, указанный в п 16 Извещения о проведении запроса котировок, по форме, указанной в Приложении №1 настоящего Извещения.

Согласно пп. 3 п. 20 Извещения состав заявки на участие в закупке:

3) **согласие участника закупки исполнить условия извещения о проведении запроса котировок с указанием предлагаемых характеристик предмета закупки, конкретных показателей, установленных в извещении о проведении запроса котировок.**

Пунктом 30 Извещения установлены требования к описанию участниками закупки поставляемого товара, который является предметом закупки, его функциональных характеристик (потребительских свойств), его количественных и качественных характеристик, требования к описанию участниками закупки выполняемой работы, оказываемой услуги, которые являются предметом закупки, их количественных и качественных характеристик, из которые указаны в Техническом задании Приложении № 2 к настоящему Извещению.

В Приложении 2 Технического задания установлено наименование, количество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) поставляемого товара:

Наименование товара	Технические и функциональные характеристики	Ед. изм.	Кол-во
Перчатки смотровые/процедурные из латекса гевеи, неопудренные, нестерильные	<p>Нестерильное изделие (перчатки смотровые) из латекса гевеи (натурального латекса), поверхность без опудривания, используется как двухсторонний барьер для защиты пациента и персонала или для других санитарных целей. Изделие должно иметь следующие характеристики:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Одинарная толщина (в области пальцев) не менее 0,18 мм для механической прочности при продолжительных манипуляциях. 2. Текстурированный рисунок в области пальцев и ладони для улучшенного захвата инструментов и оборудования. 3. Усилие при разрыве не менее 7 Н (до ускоренного старения) и удлинение при разрыве не менее 650% (до ускоренного старения) в соответствии с ГОСТ Р 52239-2004. 4. Длина перчатки не менее 240 мм для фиксации на предплечье. <p>Изделие для одноразового использования. Размеры по требованию заказчика XS, S, M, L, XL</p>	пар	177480
Перчатки хирургические полиизопреновые, неопудренные	<p>Стерильное изделие (перчатки хирургические) из полиизопрена, поверхность без опудривания, не обладает антибактериальными свойствами, используется как двухсторонний защитный барьер на руках медицинского работника в хирургическом поле для защиты пациента и медперсонала и при возможной аллергии на латекс. Изделие должно иметь следующие характеристики:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Одинарная толщина (в области пальцев) 0,18 - 0,22 мм для обеспечения механической прочности и тактильной чувствительности. 2. Цвет контрастный по отношению к крови (синего или зеленого спектра) для цветовой индикации проколов при использовании перчатки в качестве внутренней в системе двойных перчаток при операциях в условиях повышенного риска. 3. Форма перчатки анатомически правильная с расположением большого пальца в направлении ладони для удобства применения и профилактики утомляемости рук. 4. Усилие при разрыве не менее 9 Н (до ускоренного старения) удлинение при разрыве не менее 600% (до ускоренного старения) в соответствии с ГОСТ Р 52238-2004 6. Длина перчатки не менее 300 мм для дополнительной защиты предплечья. 7. Герметичность (AQL) не более 0,65 для применения при продолжительных операциях в условиях повышенного риска. <p>Упакованы в индивидуальную упаковку парами. Упаковка перчаток пластиковая для обеспечения механической прочности, в т.ч. для защиты от влаги и озона. Метод стерилизации радиационный. Класс потенциального риска применения не ниже 2а в соответствии с регистрационным удостоверением РЗН. Изделие одноразового применения. Размеры по требованию заказчика XS, S, M, L, XL</p>	пар	135

Наименование товара	Технические и функциональные характеристики	Ед. изм.	Кол-во
Перчатки смотровые/процедурные из латекса гевеи, неопудренные, нестерильные	<p>Нестерильное изделие (перчатки смотровые) из латекса гевеи (натурального латекса), поверхность без опудривания, используется как двухсторонний барьер для защиты пациента и персонала или для других санитарных целей. Изделие должно иметь следующие характеристики:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Одинарная толщина (в области пальцев) не менее 0,18 мм для механической прочности при продолжительных манипуляциях. 2. Текстурированный рисунок в области пальцев и ладони для улучшенного захвата инструментов и оборудования. 3. Усилие при разрыве не менее 7 Н (до ускоренного старения) и удлинение при разрыве не менее 650% (до ускоренного старения) в соответствии с ГОСТ Р 52239-2004. 4. Длина перчатки не менее 240 мм для фиксации на предплечье. <p>Изделие для одноразового использования. Размеры по требованию заказчика XS, S, M, L, XL</p>	пар	177480
Перчатки хирургические из латекса гевеи, неопудренные, антибактериальные	<p>Стерильное изделие (перчатки хирургические) из латекса гевеи (натурального латекса), поверхность без опудривания, имеет антибактериальные или противовирусные свойства для снижения воздействия жизнеспособных микробов в случае их проникновения, используется как двухсторонний защитный барьер на руках медицинского работника в хирургическом поле для защиты пациента и медперсонала. Изделие должно иметь следующие характеристики:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Одинарная толщина (в области пальцев) не менее 0,20 мм для обеспечения механической прочности. 2. Внутреннее полимерное (синтетическое) покрытие обеспечивает легкость надевания и смены, усиливает барьерные свойства перчаток. В составе полимерного покрытия должен содержаться антисептик на основе хлоргексидина для непрерывной антисептической обработки кожи рук, снижающий инфекционную нагрузку при нарушении целостности перчаток для операций в условиях повышенного риска. 3. Усилие при разрыве не менее 12,5 Н (до ускоренного старения) и удлинение при разрыве не менее 700% (до ускоренного старения) в соответствии с ГОСТ Р 52238-2004 4. Форма перчатки анатомически правильная с расположением большого пальца в направлении ладони для удобства применения и профилактики утомляемости рук. 6. Текстурированный рисунок нанесен по всей наружной поверхности перчаток для улучшенного захвата инструментов. 7. Манжета обрезана (без венчика) для профилактики пережимания предплечья, с адгезивной полосой для препятствия скатывания и сползания перчатки в процессе продолжительных операций, толщина в области манжеты (одинарная) не менее 0,20 мм для обеспечения механической прочности. 8. Длина перчатки не менее 290 мм для дополнительной защиты предплечья. <p>Упакованы в индивидуальную упаковку парами. Упаковка перчаток пластиковая для обеспечения механической прочности, в т.ч. для защиты от влаги и озона. Метод стерилизации радиационный. Класс потенциального риска применения не ниже 2а в соответствии с регистрационным удостоверением РЗН. Изделие одноразового применения. Размеры по требованию заказчика XS, S, M, L, XL</p>	пар	135
Итого		пар	177750

Комиссией Свердловского УФАС России установлено, что в составе заявки участником закупки ООО «Текстиль Северо-Запад» представлена заявка на участие в запросе котировок по Приложению № 2, в том числе указано следующее:

Наименование товара	Технические и функциональные характеристики
<p>1. Перчатки смотровые/процедурные из латекса гевеи, неопудренные, нестерильные Venovy ARCHDALE Малайзия</p>	<p>Нестерильное изделие (перчатки смотровые) из латекса гевеи (натурального латекса), поверхность без опудривания, используется как двухсторонний барьер для защиты пациента и персонала или для других санитарных целей. Изделие должно иметь следующие характеристики:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Одинарная толщина (в области пальцев) 0,18 мм для механической прочности при продолжительных манипуляциях. 2. Текстурированный рисунок в области пальцев и ладони для улучшенного захвата инструментов и оборудования. 3. Усилие при разрыве не менее 7 Н (до ускоренного старения) и удлинение при разрыве не менее 650% (до ускоренного старения) в соответствии с ГОСТ Р 52239-2004. 4. Длина перчатки не менее 240 мм для фиксации на предплечье. <p>Изделие для одноразового использования. Размеры по требованию заказчика XS, S, M, L, XL</p>
<p>2. Перчатки хирургические полиизопреновые, неопудренные Intouch Isogreen Малайзия</p>	<p>Стерильное изделие (перчатки хирургические) из полиизопрена, поверхность без опудривания, не обладает антибактериальными свойствами, используется как двухсторонний защитный барьер на руках медицинского работника в хирургическом поле для защиты пациента и медперсонала и при возможной аллергии на латекс. Изделие должно иметь следующие характеристики:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Одинарная толщина (в области пальцев) 0,20 мм для обеспечения механической прочности и тактильной чувствительности. 2. Цвет контрастный по отношению к крови (синего или зеленого спектра) для цветовой индикации проколов при использовании перчатки в качестве внутренней в системе двойных перчаток при операциях в условиях повышенного риска. 3. Форма перчатки анатомически правильная с расположением большого пальца в направлении ладони для удобства применения и профилактики утомляемости рук. 4. Усилие при разрыве не менее 9 Н (до ускоренного старения) удлинение при разрыве не менее 600% (до ускоренного старения) в соответствии с ГОСТ Р 52238-2004 6. Длина перчатки не менее 300 мм для дополнительной защиты предплечья. 7. Герметичность (AQL) не более 0,65 для применения при продолжительных операциях в условиях повышенного риска. <p>Упакованы в индивидуальную упаковку парами. Упаковка перчаток пластиковая для обеспечения механической прочности, в т.ч. для защиты от влаги и озона. Метод стерилизации радиационный. Класс потенциального риска применения не ниже 2а в соответствии с регистрационным удостоверением РЗН. Изделие одноразового применения. Размеры по требованию заказчика XS, S, M, L, XL</p>

<p>3. Перчатки хирургические из латекса гевеи, неопудренные, антибактериальные Gammex Powder – Free With AMT Antimicrobial Technology</p> <p>Малайзия</p>	<p>Стерильное изделие (перчатки хирургические) из латекса гевеи (натурального латекса), поверхность без опудривания, имеет антибактериальные или противовирусные свойства для снижения воздействия жизнеспособных микробов в случае их проникновения, используется как двухсторонний защитный барьер на руках медицинского работника в хирургическом поле для защиты пациента и медперсонала. Изделие должно иметь следующие характеристики:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Одинарная толщина (в области пальцев) не менее 0,20 мм для обеспечения механической прочности. 2. Внутреннее полимерное (синтетическое) покрытие обеспечивает легкость надевания и смены, усиливает барьерные свойства перчаток. В составе полимерного покрытия должен содержаться антисептик на основе хлоргексидина для непрерывной антисептической обработки кожи рук, снижающий инфекционную нагрузку при нарушении целостности перчаток для операций в условиях повышенного риска. 3. Усилие при разрыве не менее 12,5 Н (до ускоренного старения) и удлинение при разрыве при разрыве 700% (до ускоренного старения) в соответствии с ГОСТ Р 52238-2004 4. Форма перчатки анатомически правильная с расположением большого пальца в направлении ладони для удобства применения и профилактики утомляемости рук. 6. Текстурированный рисунок нанесен по всей наружной поверхности перчаток для улучшенного захвата инструментов. 7. Манжета обрезана (без венчика) для профилактики пережимания предплечья, с адгезивной полосой для препятствия скатывания и сползания перчатки в процессе продолжительных операций, толщина в области манжеты (одинарная) 0,20 мм для обеспечения механической прочности. 8. Длина перчатки 290 мм для дополнительной защиты предплечья. <p>Упакованы в индивидуальную упаковку парами. Упаковка перчаток пластиковая для обеспечения механической прочности, в т.ч. для защиты от влаги и озона. Метод стерилизации радиационный. Класс потенциального риска применения 2а в соответствии с регистрационным удостоверением РЗН. Изделие одноразового применения.</p> <p>Размеры по требованию заказчика XS, S, M, L, XL</p>
---	---

Комиссия Свердловского УФАС России проанализировав заявку участника ООО «Текстиль Северо-Запад» установила, что заявка практически полностью соответствует техническому заданию Заказчика, однако в позиции 1 участником предложен товар - перчатки смотровые/процедурные из латекса гевеи, неопудренные, нестерильные Benovu ARCHDALE Малайзия. Заказчиком запрашивается товар с характеристиками, одинарная толщина (в области пальцев) **не менее 0,18 мм** для механической прочности при продолжительных манипуляциях, участник дублирует характеристики товара указывая толщину **0,18 мм**. Однако, согласно технического паспорта на перчатки Benovu толщина пальца составляет 0,14 мм, что не соответствует заявленным показателям участника. В позиции 3 участником предложен товар - перчатки хирургические из латекса гевеи, неопудренные, антибактериальные Gammex Powder – Free With AMT Antimicrobial Technology, Малайзия. Заказчиком запрашивается товар с характеристиками, одинарная толщина (в области пальцев) **не менее 0,20 мм** для обеспечения механической прочности, участник дублирует характеристики товара указывая толщину **0,20 мм**.

В соответствии с п. 3 ч. 11 Положения о закупке члены Комиссии вправе:

3) при возникновении сомнений в достоверности и актуальности представленных сведений в заявке участника закупки использовать общедоступные источники на официальных сайтах в сети «Интернет».

Представитель Заказчика на заседании Комиссии пояснил, что Заказчиком был направлен запрос официальному производителю в компанию Ansell № 346 от 28.09.2021 с просьбой уточнить технические и функциональные характеристики товара, перчаток Gammex. Согласно поступившему ответу производителя № 2021 09-28-001 уточнены характеристики товара, а именно одинарная толщина (в области пальцев) **составляет 0,22 мм**, что так же не соответствует информации предоставленной участником в заявке.

На основании вышеизложенного Комиссией Свердловского УФАС России установлено, что заявка участника закупки ООО «Текстиль Северо-Запад» не соответствует требованиям извещения о проведении запроса котировок.

В силу с ч. 6 ст. 3 Закона о закупках заказчик определяет требования к участникам закупки в

документации о конкурентной закупке в соответствии с положением о закупке. Не допускается предъявлять к участникам закупки, к закупаемым товарам, работам, услугам, а также к условиям исполнения договора требования и осуществлять оценку и сопоставление заявок на участие в закупке по критериям и в порядке, которые не указаны в документации о закупке. Требования, предъявляемые к участникам закупки, к закупаемым товарам, работам, услугам, а также к условиям исполнения договора, критерии и порядок оценки и сопоставления заявок на участие в закупке, установленные заказчиком, применяются в равной степени ко всем участникам закупки, к предлагаемым ими товарам, работам, услугам, к условиям исполнения договора.

Согласно п. 1, 2 ч. 76 гл. 8 Положения о закупке участник закупки, подавший заявку на участие в закупке, не допускается комиссией к участию в закупке в следующих случаях:

1) непредоставление информации и(или) документов, предусмотренных документацией о закупке либо наличие в таких документах недостоверных сведений;

2) несоответствие информации и(или) документов, предусмотренных документацией о закупке, требованиям такой документации либо наличие в таких документах и(или) информации недостоверных сведений.

Согласно ч. 77 гл. 8 Положения о закупке в случае установления недостоверности сведений, содержащихся в информации и(или) документах, представленных участником закупки, установления факта несоответствия требованиям, указанным в документации о закупке, комиссия обязана отклонить заявку такого участника закупки на любом этапе ее проведения, в том числе в любой момент до заключения договора.

На основании изложенного, Комиссией установлено, что решение о признании заявки ООО «Текстиль Северо-Запад» не соответствующей требованиям извещения № 32110652703, закупочной комиссией было принято правомерно, поскольку заявка участника закупки не соответствовала техническим требованиям, указанным в извещении Заказчика.

Таким образом в данных действиях закупочной комиссии нарушений Закона о закупках не выявлено.

Комиссия, руководствуясь статьей 23, частями 1 – 4 статьи 41, статьей 48, частью 1 статьи 49, частью 20 статьи 18.1 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции»,

Р Е Ш И Л А:

1. Жалобу ООО «Текстиль Северо-Запад» признать необоснованной.
2. В действиях заказчика в лице ГАУЗ СО «СП №12», его комиссии нарушений Закона о закупках не выявлено.
3. Заказчику в лице ГАУЗ СО «СП №12», закупочной комиссии предписание об устранении нарушений законодательства о закупках не выдавать.

Настоящее решение может быть обжаловано в судебном порядке в течение трех месяцев со дня его принятия.

*

*

*

*

*