

Общество с ограниченной ответственностью «ЛУЛЛА РУС»

Юридический адрес: Россия, Краснодарский край, г. Анапа ул. Виктора Шишкина 8,
ИНН 2301095994/КПП 230101001 ОГРН 1172375102195 от 12.12.2017г. ОКВЭД 46 ОКПО
22082599 info@lullarus.ru, +79256730112

Исх. № 28 от 10.03.2020г.

Куда: Управление
Федеральной антимонопольной службы
по г. Москве,
Адрес: 107078, г. Москва,
Мясницкий проезд, дом 4, стр. 1

Главное
контрольное управление
г.Москвы

Жалоба на действия (бездействия) юридического лица

- 1. Заказчик:** Государственное бюджетное учреждение Здравоохранения г. Москвы «Городская Поликлиника № 3 Департамента Здравоохранения Города Москвы»
Адрес: 123001, город Москва, переулок Ермолаевский, дом 22/26
- 2. Участник закупки (заявитель):** ООО «Лулла Рус», **ИНН:** 2301095994 **Адрес:** Россия, Краснодарский край, г. Анапа ул. Виктора Шишкина 8.; **телефоны для связи:** +79256730112; **e-mail:** info@lullarus.ru; **контактное лицо:** Шаплов Анатолий Анатольевич
- 3. Адрес официального сайта, на котором размещена информация о закупке:** www.zakupki.gov.ru
- 4. Номер извещения:** № 32008821607
Дата опубликования извещения о проведении закупки: 31.01.2020
- 5. Наименование закупки:** поставка фракционного СО2 лазера.
- 6.** 31.01.2020 на ЭЦП MSP.ROSELTORG (<https://msp.roseltorg.ru>) Государственного бюджетного учреждения здравоохранения города Москвы "Городская поликлиника 3 Департамента здравоохранения города Москвы" (Далее – Заказчик) разместил извещение о проведении аукциона в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства, под регистрационным номером №32008821607 на право заключения контракта на поставку фракционного СО2 лазера.
06.02.2020г. Общество с ограниченной ответственностью (далее - ООО «Лулла Рус») подала заявку на участие в аукционе №32008821607. Заказчик отклонил заявку и признал первую часть заявки на участие в аукционе несоответствующей требованиям, установленным документацией.
07.02.2020г. ООО «Лулла Рус» подало обращение №1698138 с жалобой(дополнение к жалобе 10.02.2020 №1699598) на действия Заказчика в Главное контрольное управление города Москвы(Далее – Главконтроль). По результатам рассмотрения обращения принято решение о признании обращения обоснованным и выдаче обязательного к исполнению требования об устранении нарушений. Комиссией установлены в действиях Заказчика нарушения п. 1.3, п. 4.2, п. 8.12, п. 9.9, п. 22.1, п. 23.1, п. 23.2 Положения о закупках товаров, работ, услуг Заказчика(Далее –

Положение), ч. 6 ст.3, п.1 ч.1 ст. 2, пп «б» п. 3 ч. 13 ст. 3.2, ч. 9 и 19 ст. 3.2, ч. 5 ст. 4, п. 2 и п. 9 ч. 10 ст. 4 Федерального закона от 18 июля 2011г. №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»(Далее – Закон о закупках).

Среди прочих требований об устранение нарушений было требование п 1.3. Размещение в Единой информационной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд(Далее – ЕИС) Аукционной документации, составленной с соблюдением требований Закона о закупках и Положением о закупках.

28.02.2020г. Заказчик игнорирую требования Главконтроля опубликовал аукционную документацию без изменения. В частности, не были устранены нарушения в техническом задании по указанию фирменных наименований, указанию функциональных и технических характеристик нарушающих Закон о закупках и Положение о закупках, ограничивающих конкуренцию по отношению к участникам закупки.

В связи с этим ООО «Лулла Рус» подала запрос на разъяснение требований технического задания, на что Заказчик ответил, что внесет изменение в документацию о закупке.

06.03.2020г. Заказчик опубликовал аукционную документацию с изменениями. Вместо устранения установленных нарушений, Заказчик указал дополнительные требования в техническом задании, ограничивающие конкуренцию по отношению к участникам закупки, указал требования с ошибками, противоречащие друг другу.

№ п.п.	Технические характеристики СО2 лазера	Параметры	Комментарий
7	Шаг изменения мощности во фракционном режиме, мкс	<101	«мкс» (микросекунда) – единица измерения времени. Показатель мощности измеряется в Вт. Считаем, что Заказчик допустил ошибку в техническом задании, не позволяющую точно определить требования к техническим и функциональным характеристикам закупаемого оборудования.
1 1	Режимы сканирования:		Построчный и беспорядочный(хаотичный) режимы сканирования являются стандартными для всех фракционных лазеров российских и зарубежных производителей, в отличие от режима сканирования «чересстрочный». Данный режим имеется у единственного производителя DeKa(Италия), имеющего регистрационное удостоверение, и является нестандартным и не влияет на процесс и результат процедур. Считаем, что данный параметр необоснованным ограничением конкуренции по отношению к участникам закупки. Просим внести изменения в

		техническое задание.	
1 2	Варианты формы сканирования поверхности во фракционном режиме	прямоугольник, треугольник, шестиугольник, параллелограмм, линия, точка	В редакциях аукционной документации, размещенных от 30.01.2020 и 28.02.2020, были указаны фигуры □ ○ △ — ·. В действующей редакции добавился параллелограмм. Совокупность данных форм имеется у единственного производителя Decca(Италия), имеющего регистрационное удостоверение, и не влияют на процесс и результат процедур. Стандартными фигурами для российских и зарубежных фракционных лазеров является квадрат, прямоугольник, круг, а также линия и точка при применении в хирургическом режиме. Считаем, что данный параметр необоснованным ограничением конкуренции по отношению к участникам закупки. Просим внести изменения в техническое задание.
1 3	Изменение размера зоны сканирования	>4 вариантов	п. 13 противоречит п. 14, потому что словосочетания «изменения размера» и «изменения пропорций» имеют одинаковое значение – изменение величины зоны(фигуры) сканирования. Считаем, что Заказчик допустил ошибку в техническом задании, не позволяющую точно определить требования к техническим и функциональным характеристикам закупаемого оборудования. Просим внести изменения в техническое задание.
1 4	Изменение пропорций зоны сканирования	От 3 вариантов	
2 5	Хирургический режим		Обращаем внимание, что редакции аукционной документации, размещенные от 30.01.2020, 28.02.2020 не содержат информации о наличие хирургического режима, что является существенным параметром.
2 9	Шаг изменения уровня мощности в импульсном хирургическом режиме (величина шага 0.5 Вт)	0.4-3.1	Обращаем внимание, что редакции аукционной документации, размещенные от 30.01.2020, 28.02.2020 не содержат информации о наличие столь подробного деления выбора уровня мощности, что является существенным ограничением. Шаг изменения уровня мощности во всех российских и зарубежных фракционных лазер равен 1 Вт. Величина шага в 5 Вт
3 0	Шаг изменения уровня мощности в импульсном хирургическом	2-16	

	режиме (величина шага 1 Вт)		равна 5 нажатий на кнопку увеличения мощности при величине шага в 1 Вт.
3 1	Шаг изменения уровня мощности в импульсном хирургическом режиме (величина шага 5 Вт)	14-21	Совокупность данных параметров имеется у единственного производителя Deka(Италия) и не влияют на процесс и результат процедур. Считаем, что данный параметр необоснованным ограничением конкуренции по отношению к участникам закупки.
3 2	Шаг изменения уровня мощности в импульсном хирургическом режиме (величина шага 10 Вт)	19-41	Просим внести изменения в техническое задание.
2 6	Шаг изменения длительности импульса в постоянном хирургическом режиме, 0.1 с	0.2 – 0.10	Параметр «0.2 с» больше параметра «0.10 с». Считаем, что Заказчик допустил ошибку в техническом задании, не позволяющую точно определить требования к техническим и функциональным характеристикам закупаемого оборудования. Просим внести изменения в техническое задание.
3 5	Изменение яркости пилотного луча в хирургическом режиме, %	1-110	Знак «%» используется для обозначения процентов или долей. Единица измерения яркости не может быть указана в процентах. Считаем, что Заказчик допустил ошибку в техническом задании, не позволяющую точно определить требования к техническим и функциональным характеристикам закупаемого оборудования. Просим внести изменения в техническое задание.

Просим провести сравнительный анализ прочих технических характеристик редакций аукционной документации, размещенных от 30.01.2020, 28.02.2020 и 06.03.2020. Считаем, в действующей редакции необоснованное указание дополнительных ограничивающих характеристик.

Обращаем внимание, что указанные в техническом задании характеристики соответствуют единственному фракционному лазеру компании Deka (Италия) под фирменным наименованием SMARTXIDE DOT. Данный факт подтверждается размещенной информацией о характеристиках фракционного лазера SMARTXIDE DOT на официальном сайте компании (ссылка - <http://www.dekalaser.ru/oborudovanie/esteticheskaya-meditcina/smartxide-dot/>) и брошюре. Более того, в редакциях аукционной документации, размещенных от 30.01.2020 и 28.02.2020, были указаны фирменные наименования: п. 26 Технического задания «Основной модуль SmartXide», п. 27 Технического задания «Насадка ручная дерматологическая прямая K100R (100 мм)», п. 28 Технического задания «Сканер фракционный Hi-Scan с фракционным режимом».

В п. 1, ст. 3 Закона о закупках указано, что при закупке товаров, работ, услуг заказчики руководствуются следующими принципами: равноправие, справедливость, отсутствие дискриминации и необоснованных ограничений конкуренции по отношению к участникам

закупки. Описание предмета конкурентной закупки осуществляется с соблюдением требований части 6.1 настоящей статьи, согласно которой не должны включаться требования или указания в отношении товарных знаков, знаков обслуживания, фирменных наименований, патентов, полезных моделей, промышленных образцов, наименование страны происхождения товара, требования к товарам, информации, работам, услугам при условии, что такие требования влекут за собой необоснованное ограничение количества участников закупки, за исключением случаев, если не имеется другого способа, обеспечивающего более точное и четкое описание указанных характеристик предмета закупки.

Считаем, что аукционная документация противоречит действующему законодательству и нарушает наши права, просим рассмотреть наше обращение, приостановить закупку, предписать заказчику внести в документацию электронного аукциона изменения, устранив указанные нарушения и проинформировать нас о ходе дальнейших разбирательств.

Перечень прилагаемых к жалобе документов:

- Положения о закупках товаров, работ, услуг государственного бюджетного учреждения здравоохранения города Москвы.

- Копия решения и требования Главного контрольного управления города Москвы от 14. 02. 2020 №21-28-1/10