



ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ
«ЭНЕРГОСПЕЦКОМПЛЕКТ»

ТОЧНЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ – НАША ПРОФЕССИЯ!

 АДРЕС



ТЕЛЕФОНЫ



В
ИНТЕРНЕТЕ

Россия, 129110, Москва,
ул. Гиляровского, д.51,
этаж 3, каб. 11

Исх. № 71
дата: 26.04.2021г.

Куда: В Центральный аппарат
Федеральной антимонопольной службы России
125993, г. Москва, Садовая-Кудринская, д.11 (Д-242, ГСП-3)

От кого: ООО «Торговый дом «ЭнергоСпецКомплект»

Жалоба на действия

заказчика, комиссии по осуществлению закупок

1. Заказчик – ОАО «РЖД»

Закупка осуществляется для нужд ОАО "РЖД".

Место нахождения заказчика: 107174, г.Москва, ул. Басманная Нов. дом 2.

Почтовый адрес заказчика: 105064, г. Москва, ул. Земляной Вал, д. 9.

Контактные данные:

Контактное лицо:

Адрес электронной почты:

Номер телефона:

Номер факса: +

Участник закупки (заявитель):

ООО «Торговый дом «ЭнергоСпецКомплект» (ООО «ТД «ЭСКО»)
(ИНН: 7702790095)

3. Адрес официального сайта, на котором размещена информация о закупке:
<https://zakupki.gov.ru/223/purchase/public/purchase/info/common-info.html?regNumber=32110118302>

4. Номер извещения: № 32110118302

Дата опубликования извещения о проведении закупки: 24.03.2021.


5. Наименование закупки: Открытый аукцион в электронной форме № 1236/ОАЭ-ЦДЗС/21 на право заключения договора поставки оборудования контрольно- измерительного и диагностического.



ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ
«ЭНЕРГОСПЕЦКОМПЛЕКТ»

ТОЧНЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ – НАША ПРОФЕССИЯ!

 АДРЕС

 ТЕЛЕФОНЫ

 В

Россия, 129110, Москва,
ул. Гиляровского, д.51,
этаж 3, каб. 11

6. Доводы жалобы:

ООО «ТД «ЭСКО» 09.04.2021 подало заявку и приняло участие в открытом аукционе в электронной форме № 1236/ОАЭ-ЦДЗС/21. Протоколом № 1236/ОАЭ-ЦДЗС/21/1 от 19.04.2021 (дата подписания протокола 20.04.2021) рассмотрения аукционных заявок, поступивших для участия в открытом аукционе в электронной форме № 1236/ОАЭ-ЦДЗС/21 на право заключения договора поставки оборудования контрольно-измерительного и диагностического подтверждено, что Участник №2 – ООО «ТД «ЭСКО» соответствуют обязательным требованиям аукционной документации и заявка передается на рассмотрение экспертной группе (п.1.2.1 указанного Протокола). Однако, в п.1.3.1 Протокола принято решение отклонить заявку ООО «ТД «ЭСКО» (участника №2) и отказать в допуске к участию в аукционе на основании пункта 3.6.4.4 аукционной документации в связи с несоответствием заявки участника требованию пункта 3.14.1 аукционной документации, а именно: технические характеристики товара указанные в техническом предложении участника не соответствуют характеристикам, предусмотренным приложением № 1.1 к аукционной документации (Максимальное напряжение на выходе, В должно быть в соответствии с техническим заданием не менее 2000, а в предложенном в заявке Товаре указанный параметр 1200).

Как участник закупки, ознакомившись с аукционной документацией, ООО «ТД «ЭСКО» пришло к выводу, что техническое задание и требования к Товару направлены на ограничение конкуренции и предоставления приоритета конкретному поставщику *в связи со следующим:*

А) Так, в Техническом задании (Приложение №1.1 к аукционной документации) Заказчик указал в требованиях к поставляемым Товарам следующую характеристику: «Максимальное напряжение на выходе, В, не менее 2000». Неоднократно участники открытого аукциона сообщали Заказчику в своих обращениях/запросах, что под указанный параметр не подходят товары основных мировых производителей и обозначали необходимость внесения изменений в аукционную документацию. Однако, в разъяснениях положений документации открытого аукциона в электронной форме № 1236/ОАЭ-ЦДЗС/21 на право заключения договора поставки оборудования контрольно-измерительного и диагностического от 08.04.2021г. заказчик ответил, что «В соответствии с техническим заданием аукционной документации, максимальное напряжение, которое должен коммутировать данный прибор на выходе составляет не менее 2000 В».

Однако, указанные доводы Заказчика не могут быть приняты, на основании нижеследующего. Статья 4 Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – Закон о закупках) регламентирует вопросы информационного обеспечения закупки, пунктом 1 части 10 данной статьи предусмотрено, что в документации о закупке должны быть указаны сведения, определенные положением о закупке, в том числе установленные заказчиком требования к качеству, техническим характеристикам товара, работы, услуги, к их безопасности, к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, к размерам, упаковке, отгрузке товара,



ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ
«ЭНЕРГОСПЕЦКОМПЛЕКТ»

ТОЧНЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ – НАША ПРОФЕССИЯ!

 АДРЕС

 ТЕЛЕФОНЫ

 В

Россия, 129110, Москва,
ул. Гиляровского, д.51,
этаж 3, каб. 11

к результатам работы и иные требования, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям заказчика.

При проведении конкурентного отбора Заказчиком нарушены права и законные интересы участников закупки, поскольку в Документации Заказчиком неправомерно установлено техническое требование к Поставке Товара «Максимальное напряжение на выходе, В, не менее 2000», которое является излишним, не соответствуют цели использования закупаемых Заказчиком Товаров и призвано ограничить конкуренцию.

На основании пункта 2 части 1 статьи 3 Закона о закупках к принципам, которыми должны руководствоваться заказчики при закупке товаров, работ, услуг, относятся равноправие (отсутствие дискриминации) участников закупки и недопустимость необоснованного ограничения конкуренции. В нарушение указанных принципов заказчик определил в закупочной документации минимальные требования к Максимальному напряжению на выходе в размере 2000В, чем заведомо исключил возможность участия в закупке и заключения договора с хозяйствующими субъектами, имевшими намерение принять участие в закупке, но фактически не имеющие возможность поставить Товар с такими характеристиками.

Кроме того, от производителя оборудования, которое мы включили в заявку получено официальное письмо с пояснениями относительно максимального напряжения на выходе в Товаре (официальное письмо от производителя в приложении к настоящей жалобе), где указано, что повышенные характеристики выходного напряжения не дают преимуществ товара при использовании для Заказчика. Так, хотя выходное напряжение АВЕМ Terrameter LS 2 ограничено до ± 600 В (1200 В размах), это компенсируется лучшей разрешающей способностью со стороны приемника прибора, с 3-мя диапазонами входного напряжения и полностью изолированными измерительными каналами.

Это означает, что каждое измерение будет оцифровано на отдельном 24-битном дигитайзере с использованием самого низкого диапазона напряжений. Ни один из измерительных каналов не делится дигитайзером, и наименьший диапазон измерения составляет всего $\pm 2,5$ В (другие - ± 15 В и ± 600 В). Это дает теоретическое максимальное разрешение всего 3 нВ, а также позволяет полностью представить более крупные сигналы без обрезки. Максимальный входной импеданс 200 МОм также улучшает качество измеряемого сигнала за счет лучшего противодействия контактному и путевому сопротивлению, присущим любому исследованию.

При неглубоких исследованиях (<150 м) мощность сигнала будет хорошей в большинстве сред, и, таким образом, наличие немного более высоких напряжений передачи не дает особого преимущества, особенно если схемы приемника спроектированы так, чтобы быть исключительно чувствительными.

Б) Изучив Техническое задание (Приложение №1.1 к аукционной документации) технические специалисты нашей компании пришли к выводу, что Заказчик обозначил основные параметры закупаемого Товара в пользу одного из производителей, существующих на рынке, а именно фирмы IRIS Instruments Франция. В подтверждение данного тезиса технические специалисты на основе исследования института нефтегазовой геологии и геофизики им. А.А.



ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ
«ЭНЕРГОСПЕЦКОМПЛЕКТ»

ТОЧНЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ – НАША ПРОФЕССИЯ!

 АДРЕС

 ТЕЛЕФОНЫ

 В
ИНТЕРНЕТЕ

Россия, 129110, Москва, -
ул. Гиляровского, д.51, {
этаж 3, каб. 11

Трофимука СО РАН, г. Новосибирск «Электротомография: аппаратура, методика и опыт применения» подготовили сравнительную таблицу электроразведочных станций с комплектом вспомогательного оборудования для электротомографии (таблица в приложении к настоящей жалобе). Так, по сочетанию указанных в техническом задании характеристик подходит только Товар - электроразведочная станция марки SYSCAL Pro Switch 48, при этом даже в указанном товаре максимальное напряжение на выходе хоть и приближено к техническому заданию, но все равно ниже заявленного и составляет 800 В. Об этом неоднократно участники открытого аукциона сообщали Заказчику в своих обращениях/запросах с целью внесения изменений в аукционную документацию. Однако, в разъяснениях положений документации открытого аукциона в электронной форме № 1236/ОАЭ-ЦДЗС/21 на право заключения договора поставки оборудования контрольно- измерительного и диагностического от 08.04.2021г. на все запросы Заказчик ответил, что «SYSCAL Pro Switch 48 не является единственной электроразведочной станцией, удовлетворяющей техническому заданию». При этом каких-либо дополнительных пояснений не последовало, величина максимального напряжения товара в техническом задании осталась без изменений.

В п.10 Обзора судебной практики по вопросам, связанным с применением Федерального закона от 18.07.2011 г. №223 ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (утв. Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 16 мая 2018 г.) установлено, что включение в документацию о закупке требований к закупаемому товару, которые свидетельствуют о его конкретном производителе, в отсутствие специфики такого товара, его использования является ограничением конкуренции. При этом в обзоре указано следующее: "Указание требований к закупаемому товару, свидетельствующие о его конкретном производителе приводят к созданию необоснованных препятствий для участников закупки, влекут сокращение их количества, что является признаком ограничения конкуренции".

Таким образом, действия Заказчика, установившего указанные положения Документации, ограничивают количество участников закупки, противоречат пункту 2 части 1 статьи 3 и нарушают требования части 1 статьи 2 Федерального закона от 18 июля 2011 г. №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

На основании вышеизложенного и руководствуясь ст. 18.1 Федерального закона от 26.07.2006 N 135-ФЗ "О защите конкуренции", прошу:


1. Рассмотреть настоящую Жалобу в установленном законе порядке.
2. Признать незаконными действия Заказчика (организатора конкурентного отбора) - ОАО "РЖД" по организации и проведению процедуры закупки.
3. Выдать обязательное к исполнению предписание, направленное на устранение нарушений и внесение изменений в Документацию. Отменить действие Протокола № 1236/ОАЭ-ЦДЗС/21/1 от 19.04.2021 (дата подписания протокола 20.04.2021) и отклонения участия ООО «ТД «ЭСКО» (участника №2) в аукционе.



**ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ
«ЭНЕРГОСПЕЦКОМПЛЕКТ»**

ТОЧНЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ – НАША ПРОФЕССИЯ!

 **АДРЕС**

 **ТЕЛЕФОНЫ**

 **В**

Россия, 129110, Москва,
ул. Гиляровского, д.51,
этаж 3, каб. 11

Приложения:

1. Аукционная документация открытого аукциона в электронной форме № 1236/ОАЭ-ЦДЗС/21 на право заключения договора поставки оборудования контрольно-измерительного и диагностического (включая Приложение №1.1 к аукционной документации – Техническое задание) – 1 экз.
2. Разъяснения ОАО «РЖД» положений документации открытого аукциона в электронной форме № 1236/ОАЭ-ЦДЗС/21 на право заключения договора поставки оборудования контрольно-измерительного и диагностического от 08.04.2021г. – 1 экз.
3. Информационное письмо от производителя оборудования «Сравнение АВЕМ Terrameter LS 2. Выходное напряжение в зависимости от входного разрешения» апрель 2021г. (и официальный перевод к нему) – 2л.
4. Сравнительная таблица электроразведочных станций с комплектом вспомогательного оборудования для электротомографии – 1л.
5. Исследование института нефтегазовой геологии и геофизики им. А.А. Трофимука СО РАН, г. Новосибирск «Электротомография: аппаратура, методика и опыт применения» - 21л.
6. Протокол № 1236/ОАЭ-ЦДЗС/21/1 от 19.04.2021 (дата подписания протокола 20.04.2021) рассмотрения аукционных заявок, поступивших для участия в открытом аукционе в электронной форме № 1236/ОАЭ-ЦДЗС/21 на право заключения договора поставки оборудования контрольно-измерительного и диагностического – 1 экз.

**Генеральный директор
ООО «ТД «ЭСКО»**