



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ
АНТИМОНОПОЛЬНАЯ СЛУЖБА**

УПРАВЛЕНИЕ

**Федеральной антимонопольной службы
по Республике Башкортостан**

ул. Пушкина, 95, г. Уфа, 450008
тел. (347)273-34-05, факс (347)272-58-82
e-mail: to02@fas.gov.ru

25.11.2021 № 8/13766

На № _____ от _____

Заявитель:

ИП

ip.gnc@mail.ru

Заказчик:

ГАУЗ РКОД Минздрава РБ
450054, РБ, г. Уфа,
ул. Проспект Октября, д. 73/1
+7 (347) 216-49-71
rkod.zakupki@mail.ru

РЕШЕНИЕ

по жалобе № ТО002/07/3-2281/2021

**по результатам рассмотрения жалобы
на действия (бездействие) Заказчика при закупке товаров, работ, услуг в
соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 №223-ФЗ «О закупках
товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»**

22.11.2021

г. Уфа, ул. Пушкина, 95

Комиссия Управления Федеральной антимонопольной службы по Республике Башкортостан по рассмотрению жалоб на нарушения процедуры проведения торгов и порядка заключения договоров (далее – Комиссия) в составе:

Председателя Комиссии:

– заместитель руководителя Управления
Федеральной антимонопольной службы по Республике Башкортостан;

Членов Комиссии:

– начальника отдела антимонопольного контроля товарных рынков Управления Федеральной антимонопольной службы по Республике Башкортостан;

– ведущего специалиста-эксперта отдела антимонопольного контроля товарных рынков Управления Федеральной антимонопольной службы по Республике Башкортостан,

при участии представителей: от ГАУЗ РКОД Минздрава РБ – Бадретдиновой Э.М. (доверенность от 09.11.2021 №20),

рассмотрев жалобу ИП Роинишвили Н.Т. (656200, г. Рубцовск, ул. Тракторная 76-49) от 12.11.2021 вх. №18801 на ГАУЗ РКОД Минздрава РБ (450054, РБ, г. Уфа, ул. Проспект Октября, д. 73/1) при проведении аукциона в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства по закупке изделий медицинского назначения (кассеты к сшивающим аппаратам) (извещение № 32110786169),

0202425

в соответствии со статьей 18.1 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» (далее – Закон о защите конкуренции, Закон № 135-ФЗ)

УСТАНОВИЛА:

В Управление Федеральной антимонопольной службы по Республике Башкортостан (далее – Управление) поступила жалоба ИП Роинишвили Н.Т. (656200, г. Рубцовск, ул. Тракторная 76-49) от 12.11.2021 вх. №18801 на ГАУЗ РКОД Минздрава РБ (450054, РБ, г. Уфа, ул. Проспект Октября, д. 73/1) при проведении аукциона в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства по закупке изделий медицинского назначения (кассеты к сшивающим аппаратам) (извещение № 32110786169).

Заявитель оспаривает действия Заказчика, выразившиеся в нарушении требования к описанию предмета закупки.

В своей жалобе Заявитель указал, что в техническом задании при описании позиции 1. 2. 3. 4. 5. 7 «кассеты» Заказчик установил недостоверные характеристики товара.

Наименование товара	Требования к функциональным, техническим и качественным характеристикам товара	Требуемые значения
Кассеты	Кассета для зарядки универсально! о сшивающего и пересекающего аппарата, изгибаемая	наличие
	Совместимы с используемыми в ГАУЗ РКОД Минздрава РБ аппаратами серии «Endo GIA»	наличие
	Высота закрытых скрепок	не более 1.75-1.5-1.25
Кассеты	Кассета для зарядки универсального сшивающего и пересекающего аппарата, изгибаемая	наличие
	Совместимы с используемыми в ГАУЗ РКОД Минздрава РБ аппаратами серии «Endo GIA»	наличие
	Высота закрытых скрепок	не более 1,75-1,5-
3 Кассеты	Кассета изгибаемая к эндоскопическому аппарату	наличие
	Совместимы с используемыми в ГАУЗ РКОД Минздрава РБ аппаратами серии «Endo GIA»	наличие
	Высота закрытых скрепок мм	не более 1,25-1,0-0,75
4 Кассеты	Кассета изгибаемая к эндоскопическому сшивающему аппарату	наличие
	Совместимы с используемыми в ГАУЗ РКОД Минздрава РБ аппаратами серии «Endo GIA»	наличие
	Высота закрытых скрепок мм	не более 1,25-1,0-0.75
5 Кассеты	Кассета отгибаемая к эндоскопическому сшивающему аппарату	наличие
	Совместимы с используемыми в ГАУЗ РКОД Минздрава РБ аппаратами серии «Endo GIA»	наличие

	Высота закрытых скрепок мм	не более 1,25-1.0-0,75
7 Кассеты	Кассета изгибаемая к эндоскопическому сшивающему аппарату	наличие
	Совместимы с используемыми в ГАУЗ РКОД Минздрава РБ аппаратами серии «Endo GIA»	наличие
	Рекомендуемая толщина тканей мм	не менее (0,75-3,0)

Поставка данных позиций обусловлена совместимостью «Совместимы с используемыми в ГАУЗ РКОД Минздрава РН аппаратами серии «Endo GIA»».

Заявитель также указал, что согласно данным из инструкции к аппарату, с которым Заказчик будет совмещать закупаемый товар высота закрытой скрепки имеет иные значения: позиция 1 - 1.5 - 2.25 мм, позиция 2 - 1.5 - 2.25 мм, позиция 3 - 0.88 - 1.5 мм, позиция 4 - 0.88 - 1.5 мм, позиция 5 - 0.88 - 1.5 VIM, позиция 7 - 1,5 - 2.25 мм, что не соответствует требуемым значениям Заказчика.

Заказчик с доводами жалобы частично не согласен, ГАУЗ РКОД Минздрава РБ представлена письменная позиция от 22.11.2021 вх.№3258.

Заказчик пояснил, что техническое задание было составлено на основании данных, полученных из ответа официального представителя производителя «Ковидиен Ллс» - ООО «Ренир» (исх.№825 от 20.10.2021г.). На запрос о предоставлении ценовой информации были получены ответы от официального авторизованного дистрибьютера и поставщиков, имеющих опыт поставок аналогичных медицинских изделий.

В то же время, относительно позиции «Кассета» под номером 7 технического задания Заказчик на заседании Комиссии пояснил, что была допущена техническая ошибка в указании параметра «рекомендуемая толщина тканей», вместо «высота незакрытых скрепок».

Изучив все представленные документы и материалы, заслушав и исследовав доказательства, пояснения лиц, участвующих в заседании, Комиссия установила следующее.

В соответствии с ч. 1 ст. 3 Закона о закупках при закупке товаров, работ, услуг заказчики руководствуются следующими принципами:

- 1) информационная открытость закупки;
- 2) равноправие, справедливость, отсутствие дискриминации и необоснованных ограничений конкуренции по отношению к участникам закупки;
- 3) целевое и экономически эффективное расходование денежных средств на приобретение товаров, работ, услуг (с учетом при необходимости стоимости жизненного цикла закупаемой продукции) и реализация мер, направленных на сокращение издержек заказчика;
- 4) отсутствие ограничения допуска к участию в закупке путем установления неизмеряемых требований к участникам закупки.

В соответствии с ч. 10 ст. 4 Закона о закупках в документации о конкурентной закупке должны быть указаны в том числе:

- требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара,

работы, услуги, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы, установленные заказчиком и предусмотренные техническими регламентами в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, документами, разрабатываемыми и применяемыми в национальной системе стандартизации, принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации о стандартизации, иные требования, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям заказчика. Если заказчиком в документации о закупке не используются установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, законодательством Российской Федерации о стандартизации требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, работы, услуги, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы, в документации о закупке должно содержаться обоснование необходимости использования иных требований, связанных с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям заказчика;

- требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в закупке;

- требования к описанию участниками такой закупки поставляемого товара, который является предметом конкурентной закупки, его функциональных характеристик (потребительских свойств), его количественных и качественных характеристик, требования к описанию участниками такой закупки выполняемой работы, оказываемой услуги, которые являются предметом конкурентной закупки, их количественных и качественных характеристик.

Учитывая, что Заказчик признал факт допущенной ошибки в техническом задании по позиции №7 «кассета», а также учитывая, что Заявитель соответствовал по всем остальным позициям технического задания кроме позиции №7, Комиссия признает довод Заявителя в части позиции «Кассета» под номером 7 технического задания в указании параметра «рекомендуемая толщина тканей», вместо «высота незакрытых скрепок» обоснованным.

В соответствии с частью 20 статьи 18.1 Закона о защите конкуренции, по результатам рассмотрения жалобы по существу комиссия антимонопольного органа принимает решение о признании жалобы обоснованной или необоснованной и в случае, если жалоба признана обоснованной, либо в случае установления иных, не являющихся предметом обжалования нарушений (нарушений порядка организации и проведения торгов, заключения договоров по результатам торгов или в случае признания торгов несостоявшимися) принимает решение о необходимости выдачи предписания, предусмотренного пунктом 3.1 части 1 статьи 23 настоящего Федерального закона.

В соответствии с частью 3 статьи 18.1 Закона о защите конкуренции обжалование действий (бездействия) организатора торгов, оператора электронной площадки, конкурсной или аукционной комиссии в

антимонопольный орган не является препятствием для обжалования этих действий (бездействия) в судебном порядке.

На основании изложенного и в соответствии с положениями статьи 18.1 Закона о защите конкуренции Комиссия

РЕШИЛА:

1. Признать жалобу (656200, г. Рубцовск, ул. Тракторная 76-49) от 12.11.2021 вх. №18801 на ГАУЗ РКОД Минздрава РБ (450054, РБ, г. Уфа, ул. Проспект Октября, д. 73/1) при проведении аукциона в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства по закупке изделий медицинского назначения (кассеты к сшивающим аппаратам) (извещение № 32110786169) обоснованной в части ошибочного указания параметра позиции №7 технического задания «рекомендуемая толщина тканей» вместо «высота незакрытых скрепок».

2. Выдать Заказчику обязательное для исполнения предписание об устранении выявленных нарушений.

Председатель комиссии

Члены комиссии

Решение может быть обжаловано в течение трех месяцев в Арбитражный суд Республики Башкортостан.