

**В Федеральную антимонопольную службу
(ФАС России)**

125993, г. Москва, ул. Садовая-Кудринская,
дом 11, Д-242, ГСП-3
delo@fas.gov.ru

**Копия в ФЕДЕРАЛЬНОЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ
МЕДИЦИНСКИЙ
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР
НЕЙРОХИРУРГИИ ИМЕНИ
АКАДЕМИКА Н.Н. БУРДЕНКО"
МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
125047, ГОРОД МОСКВА, УЛИЦА 4-Я
ТВЕРСКАЯ-ЯМСКАЯ, дом 16**

Жалоба на аукционную документацию

Размещение осуществляет:

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
"НАЦИОНАЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР
НЕЙРОХИРУРГИИ ИМЕНИ АКАДЕМИКА Н.Н. БУРДЕНКО" МИНИСТЕРСТВА
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (далее – Заказчик);

Место нахождения Заказчика: 125047, ГОРОД МОСКВА, УЛИЦА 4-Я ТВЕРСКАЯ-
ЯМСКАЯ, дом 16

Почтовый адрес Заказчика: 125047, г. Москва, 4-я Тверская - Ямская улица, дом 16

Адрес электронной почты Заказчика: pmorozova@nsi.ru

Номер контактного телефона Заказчика: +7 (499) 9728660, Морозова Н.И.

Заявитель: Общество с ограниченной ответственностью «ИННСИЖН», место
нахождения: 123022, ГОРОД МОСКВА, УЛ. 2-Я ЗВЕНИГОРОДСКАЯ, Д. 13, СТР. 15,
ЭТ 5, ПОМ XI, КОМ 1, тел./факс: +7 (903)162-37-84, e-mail: inncision@yandex.ru

Генеральный директор: Собкив Михаил Владимирович

На портале закупок (www.zakupki.gov.ru) было опубликовано извещение
о проведении Аукциона в электронной форме, участниками которого могут быть
только субъекты малого и среднего предпринимательства, от 29.06.2021
№ 32110428624 на поставку рабочих мест врача – оториноларинголога.

Начальная (максимальная) цена контракта: 18 574 468 рублей 62 копейки.

Обжалуемые действия Заказчика:

В нарушение пункта 2 части 6.1. статьи 3 Федерального закона от 18.07.2011 N
223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»
(далее – Закон) Заказчик при описании предмета закупки Заказчик включил

ФАС России
Рег. номер 112263/21
зарегистрирован 06.07.2021



29

2

требования к товарам, влекущим за собой необоснованное ограничение количества участников закупки.

Доводы жалобы:

Пунктом 2 части 6.1. статьи 3 Закона предусмотрено, что при описании в документации о конкурентной закупке предмета закупки заказчик должен руководствоваться следующими правилами:

«2) в описание предмета закупки не должны включаться требования или указания в отношении товарных знаков, знаков обслуживания, фирменных наименований, патентов, полезных моделей, промышленных образцов, наименование страны происхождения товара, требования к товарам, информации, работам, услугам при условии, что такие требования влекут за собой необоснованное ограничение количества участников закупки, за исключением случаев, если не имеется другого способа, обеспечивающего более точное и четкое описание указанных характеристик предмета закупки».

Частью 17 статьи 38 Федерального закона от 21.11.2011 N 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» на территории Российской Федерации запрещена реализация незарегистрированных медицинских изделий.

Согласно пункту 6 Правил государственной регистрации медицинских изделий, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2012 № 1416 документом, подтверждающим факт государственной регистрации медицинского изделия, является регистрационное удостоверение на медицинское изделие.

Все зарегистрированные медицинские изделия внесены в Государственный реестр медицинских изделий и организаций (индивидуальных предпринимателей), осуществляющих производство и изготовление медицинских изделий.

Таким образом, перечень медицинских изделий, которые участник закупки может предложить Заказчику ограничен только теми товарами, которые зарегистрированы в качестве медицинских изделий и внесены в вышеуказанный реестр.

Вместе с этим, совокупности требований Технического задания соответствует товар только одного производителя – Happersberger Otopront GmbH, Германия, а именно ЛОР-комбайн Basic Plus.

Так Том 4. «Техническое задание» предусматривает, что предлагаемый участниками закупки товар должен соответствовать, в том числе, следующим требованиям:

1.11.7	Стекланные емкости для распыления в защитных, съемных, металлических, автоклавируемых кожухах, с насадками различного диаметра для распыления жидких веществ различной плотности, шт.	Есть медицинские изделия, которые оснащены стеклянными емкостями, но без защитного, съемного, металлического, автоклавируемого кожуха. Совокупностью данных свойств обладает только ЛОР-комбайн Basic Plus, производства компании Happersberger Otopront GmbH, Германия. Ссылки на характеристики медицинских изделий:
--------	---	---

		<p>https://www.otopront.de/en/products/ent-treatment-units/basic-plus.html</p> <p>https://heinemann.ru/katalog/rasxodnyie-materialvi/legkoe-oborudovanie/prinadlezhnosti-dlya-lor-oborudovaniya/odnorazovyi-plastikovyi-filtr-dlya-okonchatelnoi-ochistki-vodvi-0130-42000</p> <p>https://www.atmos-med.ru/sites/default/files/pdf/atmos_ent.pdf</p>
1.16	<p>Система промывания миндалин. Рукоятка из стали с омеднением и последующей многослойной хромировкой, автоклавируемая, со встроенными, не съемными шлангами для подключения к системам ирригации и аспирации. Быстросъемные коннекторы. Кнопочный регулятор уровня разряжения на торце рукоятки. Автоклавируемая трубка для ирригации из нержавеющей стали. Съемные, стеклянные аспирационные насадки с наконечниками овальной формы, разных размеров, вставляются в рукоятку, автоклавируемые</p>	<p>Все медицинские изделия, кроме ЛОР-комбайн Basic Plus, производства компании Happersberger Otopront GmbH, Германия оснащаются либо металлическими насадками, либо пластиковыми.</p> <p>Ссылки на характеристики медицинских изделий: https://arcadis-mg.com/katalog/ustroistvo-dla-promivaniya-mindalin/</p> <p>https://www.otopront.de/en/products/ent-diagnosis-devices/tonsil-cleaner.html</p> <p>https://www.atmos-med.ru/sites/default/files/pdf/atmos_ent.pdf</p> <p>https://heinemann.ru/katalog/rasxodnyie-materialvi/legkoe-oborudovanie/prinadlezhnosti-dlya-lor-oborudovaniya/komplekt-nasadok-dlya-promivaniya-mindalin-0130-50052</p> <p>https://arcadis-mg.com/katalog/kuku/</p>
1.16.2	<p>Насадки для промывания миндалин разного диаметра изготовленные из боросиликатного стекла</p>	<p>Все медицинские изделия, кроме ЛОР-комбайн Basic Plus, производства компании Happersberger Otopront GmbH, Германия оснащаются либо металлическими насадками, либо пластиковыми.</p> <p>Ссылки на характеристики медицинских изделий: https://arcadis-mg.com/katalog/ustroistvo-dla-promivaniya-mindalin/</p> <p>https://www.otopront.de/en/products/ent-diagnosis-devices/tonsil-cleaner.html</p> <p>https://www.atmos-med.ru/sites/default/files/pdf/atmos_ent.pdf</p> <p>https://heinemann.ru/katalog/rasxodnyie-materialvi/legkoe-oborudovanie/prinadlezhnosti-dlya-lor-oborudovaniya/komplekt-nasadok-dlya-promivaniya-mindalin-0130-50052</p> <p>https://arcadis-mg.com/katalog/kuku/</p>
1.17.1	<p>Эргономичная рукоятка Автоклавируемая. Два отдельных канала для ирригации и аспирации лекарственного раствора. Точная регулировка взаимного расположения каналов под каждого пациента. Прозрачная вставка</p>	<p>Только ЛОР-комбайн Basic Plus, производства компании Happersberger Otopront GmbH, Германия прозрачной вставкой аспирационного канала на рукоятке. Другие медицинские изделия оснащаются</p>

<p>аспирационного канала на рукоятке для контроля процедуры. Адаптер на рукоятке для быстрой регулировки степени разряжения. Клавиша на рукоятке для регулировки объема и скорости лечебного раствора. Четыре размера оливок в зависимости от диаметра ноздри. Отверстие в аспирационном канале для регулировки степени разряжения. Канал подачи жидкости выполнен из стали и покрыт хромом</p>	<p>иными способами для контроля процедуры аспирации.</p> <p>Ссылки на характеристики медицинских изделий: https://www.otopront.de/en/products/ent-treatment-units/basic-plus.html https://www.atmos-med.ru/sites/default/files/pdf/atmos_ent.pdf</p>
---	---

Таким образом, совокупностью всех характеристик обладает только ЛОР-комбайн Basic Plus, производства компании Happersberger Otopront GmbH, Германия.

На основании вышеизложенного,


Просим:

1. Вынести предписание об устранении нарушений в Аукциона в электронной форме № 32110428624 и обязать заказчика внести изменения в аукционную документацию.
2. По результатам рассмотрения жалобы и проведенного разбирательства принять решение в рамках действующего законодательства.

Приложения:

1. Копия Свидетельства ИНН ООО «ИННСИЖН» на 1 листе;
2. Копия Листа записи о регистрации ООО «ИННСИЖН» от 11.07.2019 на 6 листах;
3. Копия Устава ООО «ИННСИЖН» на 14 листах;
4. Копия Протокола № 1 общего собрания учредителей ООО «ИННСИЖН» от 01.07.2019 на 3 листах;
5. Копия Приказа № 1 о вступлении в должность Генерального директора от 11.07.2019 на 1 листе.

Генеральный директор
ООО «ИННСИЖН»



/Собкив М.В./