

Исх. № \_\_\_\_\_

дата: \_\_\_\_\_

Куда: Управление Федеральной антимонопольной службы  
по Саратовской области

Почтовый адрес: 460046, г. Оренбург, ул. 9 Января, 64.

От кого: ООО «НеваРостМед»

Адрес Заявителя: РФ, 198095, город Санкт-Петербург,  
ул. Розенштейна, дом 21, литер А, помещение 123Н,  
комната №27 почтовый ящик № 10

### Жалоба на действия (бездействия) юридического лица

**1. Заказчик:** ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ОРЕНБУРГСКИЙ ОБЛАСТНОЙ КЛИНИЧЕСКИЙ  
ОНКОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСПАНСЕР"

ИНН 5610033207

КПП 561001001

ОГРН 1035605506716

Адрес/почтовый адрес: 460021, Оренбургская область, Г. ОРЕНБУРГ, ПР-КТ  
ГАГАРИНА, дом Д.11.

телефон: 8 3532 688354

Адрес электронной почты: nsimkina@ookod-orb.ru

Ответственное должностное лицо:

**2. Участник закупки (заявитель):**

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «НеваРостМед»

Адрес: РФ, 198095, город Санкт-Петербург, ул. Розенштейна, дом 21, литер А,  
помещение 123Н, комната №27 почтовый ящик № 10

ИНН / КПП 7802648737 / 783901001

Телефон 89650539481

Эл. почта: [nevarostmed@gmail.com](mailto:nevarostmed@gmail.com)

**3. Адрес официального сайта, на котором размещена информация о закупке:**

[www.zakupki.gov.ru](http://www.zakupki.gov.ru)

4. Номер извещения: 32312424338

5. Дата опубликования извещения о проведении закупки: 26.05.2023 г.

6. Наименование закупки: на поставку медицинских изделий для операционного блока

7. Обжалуемые действия с указанием норм Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – Закон о закупках) которые, по мнению Заявителя нарушены:

Нарушение п. 1 ч. 10 ст. 3 Закона о закупках Заказчиком установлены требования о совместимости товара с имеющимся в наличии товаром у Заказчика, это приводит по данным позиция к поставке единственного производителя.

**Доводы жалобы:**

Данная закупка содержит в себе товары с указанием на товарный знак единственного производителя, которые не позволяют предложить к поставке более 2х производителей:

№ позиции	Требование, ограничивающее поставку единственным производителем	Единственный производитель
Позиция 2	Инструмент должен быть совместим с аппаратом электрохирургическим модели Force FX, имеющимся у заказчика	Medtronic (Covidien)
Позиция 3	Инструмент совместим с аппаратом электрохирургическим модели Force FX, имеющимся у заказчика	Medtronic (Covidien)
Позиция 4	Инструмент совместим с электрохирургическим генератором Valleylab, имеющимся у Заказчика	Medtronic (Covidien)
Позиция 5	Инструмент совместим с аппаратом электрохирургическим модели Force FX, имеющимся у заказчика	Medtronic (Covidien)
Позиция 6	Инструмент совместим с аппаратом электрохирургическим модели Force FX, имеющимся у заказчика	Medtronic (Covidien)
Позиция 7	Инструмент совместим с генератором электрохирургическим Force Triad, для совместимости с оборудованием, имеющимся у Заказчика	Medtronic (Covidien)

Позиция 8	Инструмент совместим с генератором электрохирургическим Force Triad, для совместимости с оборудованием, имеющимся у Заказчика	Medtronic (Covidien)
Позиция 11	Совместимы с генератором GEN11 при помощи специального адаптера насадок «Гармоник».	Johnson & Johnson (Ethicon)
Позиция 21	Система обратной связи с генератором и контроля температуры бранш, посредством генератора G11 (Джен Илевен), для повышения эффективности и скорости работы инструментом, а так же снижения уровня латерального повреждения тканей	Johnson & Johnson (Ethicon)
Позиция 15	Два плоских контакта (ФОТЕК)	ФОТЕК
Позиция 18	Предназначена для генератора электрохирургического ультразвукового THUNDERBEAT, имеющегося у заказчика	Olympus
Позиция 19	Предназначена для генератора электрохирургического ультразвукового THUNDERBEAT, имеющегося у заказчика	Olympus
Позиция 20	Для использования с помпой R. Wolf, имеющейся в наличии у заказчика	R. Wolf
Позиция 30	Совместимость всех параметров с используемыми клипатором производства Grena Ltd, имеющегося у Заказчика	Grena Ltd
Позиция 31	Совместимость всех параметров с используемыми клипатором производства Grena Ltd, имеющегося у Заказчика	Grena Ltd
Позиция 32	Совместимость всех параметров с используемыми клипатором производства Grena Ltd, имеющегося у Заказчика	Grena Ltd

Также по остальным позициям можно предложить к поставке ИНЫХ производителей, таким образом Заказчику необходимо «вынести» из данного лота позиции в которых Заказчик установил совместимость с конкретным производителем, так как для данных позиций не представляется возможность поставить БОЛЕЕ 2х производителей, иначе это приводит к ограничению участников закупки.

Объединение продукции разных производителей в один единый лот несет за собой ОГРАНИЧЕНИЕ круга потенциальных участников закупки, так

как представленные виды медицинских изделий являются представителями различных функционирующих рынков сбыта, а также неизбежно ведет к отказу от участия в закупке участников, заинтересованных в поставке определенных товаров и ограничивает конкуренцию участников закупки.

Таким образом, просим комиссию УФАС признать нашу жалобу обоснованной и выдать Заказчику предписание на изменение закупки, с требованием разбить данную закупку для того, чтобы обеспечить конкуренцию в соответствии с требованиями Закона 223-ФЗ, выделив товары каждого производителя в отдельные лоты.

Просим комиссию УФАС разбить данную закупку на «монолоты».

Также в позициях 7 и 8 идентичное описание технических характеристик, под которые подходит - Инструмент для электролигирования и разделения тканей LigaSure с нанопокрытием, с браншами типа Maryland для лапароскопических операций, для одноэтапного заваривания, 37 см (артикул LF1937), при этом в приложении обоснование НМЦК разные цены для позиций 7 и 8.

7	Инструмент для электролигирования и разделения тканей	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Длина штока инструмента не менее 36 см не более 38,5 см, диаметр 5 мм.</li> <li>2. Бранши изогнутые.</li> <li>3. Монолатеральное раскрытие бранш.</li> <li>4. Длина электродов в браншах инструмента не менее 18,5 мм не более 20,5 мм. Для создания надежного гемостаза в сосудах больших диаметров не более 7 мм (характеристика не подлежит уточнению) во время хирургической мобилизации органов путем сплавления сосудистых стенок в гомогенную коллагеновую субстанцию без сохранения просвета.</li> <li>5. Текстурированные бранши с керамическими ограничителями и нанопокрытием из гексаметилдисилоксана.</li> <li>6. Механический нож.</li> <li>7. Нож должен активироваться отдельно от заваривания курком, расположенным для нажатия указательным пальцем.</li> <li>8. Форма инструмента – рукоятка пистолетного типа.</li> <li>9. Рукоятки инструмента имеют прорезиненные накладки.</li> <li>10. Шток вращается не менее, чем на 350 градусов.</li> <li>11. Длина неразъемного кабеля инструмента не менее 3 м.</li> <li>12. Инструмент совместим с генератором электрохирургическим Force Triad, для совместимости с оборудованием, имеющимся у Заказчика."</li> </ol>
8	Инструмент для лапароскопических операций	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Длина штока инструмента не менее 36 см не более 38,5 см, диаметр 5 мм.</li> <li>2. Бранши изогнутые.</li> <li>3. Монолатеральное раскрытие бранш.</li> <li>4. Длина электродов в браншах инструмента не менее 18,5 мм не более 20,5 мм. Для создания надежного гемостаза в сосудах больших диаметров не более 7 мм (характеристика не подлежит уточнению) во время хирургической мобилизации органов путем сплавления сосудистых стенок в гомогенную коллагеновую субстанцию без сохранения просвета.</li> <li>5. Текстурированные бранши с керамическими ограничителями и нанопокрытием из гексаметилдисилоксана.</li> <li>6. Механический нож.</li> <li>7. Нож должен активироваться отдельно от заваривания курком, расположенным для нажатия указательным пальцем.</li> <li>8. Форма инструмента – рукоятка пистолетного типа.</li> <li>9. Рукоятки инструмента имеют прорезиненные накладки.</li> <li>10. Шток вращается не менее, чем на 350 градусов.</li> <li>11. Длина неразъемного кабеля инструмента не менее 3 м.</li> <li>12. Инструмент совместим с генератором электрохирургическим Force Triad, для совместимости с оборудованием, имеющимся у Заказчика.</li> </ol>

7	Инструмент для электропигирования и разделения тканей	1. Длина штока инструмента не менее 36 см не более 38,5 см, диаметр 5 мм.	штука	64 184,54	69 675,00	69 678,00	67 845,85	64 184,54	8	513 476,32
8	Инструмент для лапароскопических операций	1. Длина штока инструмента не менее 36 см не более 38,5 см, диаметр 5 мм.	штука	65 550,00	71 156,90	71 158,15	69 288,35	65 550,00	15	983 250,00

Таким образом, если Заказчику необходим одинаковый инструмент для позиций 7 и 8 необходимо указать ОДНУ цену в приложении обосновании НМЦК, а если Заказчику необходимы разные инструменты, то необходимо внести изменения в описание технических характеристик, чтобы описание для позиций 7 и 8 было различно.

Кроме того, Заказчиком указано требование для позиций 7 и 8 «Шток вращается не менее, чем на 350 градусов». Согласно инструкции от производителя шток вращается на 0-350 градусов, поэтому требование «Шток вращается не менее, чем на 350 градусов» является не верным. Заказчику необходимо внести изменения в требования и исправить значение показателя, **иначе это приводит к ограничению конкуренции участников закупки.**

В соответствии с п 6.1. ст. 3 Закона о закупках при описании в документации о конкурентной закупке предмета закупки заказчик должен руководствоваться следующим правилом: в описании предмета закупки указываются функциональные характеристики (потребительские свойства), технические и качественные характеристики, а также эксплуатационные характеристики (при необходимости) предмета закупки. Законодательство в сфере закупок указывает, что Заказчик должен описывать реальный товар, который есть на рынке.

В соответствии с частью 1 статьи 17 Закона о защите конкуренции при проведении торгов запрещаются действия, которые приводят или могут привести к недопущению, ограничению или устранению конкуренции. В силу части 2 статьи 17 Закона о защите конкуренции наряду с установленными частью 1 статьи 17 Закона о защите конкуренции запретами при проведении торгов, если организаторами или заказчиками торгов являются федеральные органы исполнительной власти, органы исполнительной власти субъектов Российской

Федерации, органы местного самоуправления, государственные внебюджетные фонды, а также при проведении торгов на размещение заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных или муниципальных нужд запрещается не предусмотренное федеральными законами или иными нормативными правовыми актами ограничение доступа к участию в торгах.

На основании вышеизложенного, мы считаем, что заказчик, допустив ошибку при описании объекта закупки ограничил возможность участия в закупке и нарушил положения ст.17 Закона о защите конкуренции №135-ФЗ, пункта 2 части 1 статьи 3 Закона о закупках и части 1 статьи 2 Закона о закупках.

Прошу:

1. Приостановить проведение закупки до рассмотрения жалобы по существу;
2. Провести проверку правомерности действий Заказчика, содержания извещения;
3. Признать жалобу Заявителя обоснованной;
4. Выдать предписание об устранении нарушений при проведении закупки

Приложения:

- Копия решения единственного учредителя;
- Копия приказа на генерального директора;
- Извещение;
- Извещение о закупке;
- Документация о закупке;
- Техническое задание;
- Инструкция.

(должность) \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / (ФИО) \_\_\_\_\_

ЭП/МП