



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ
АНТИМОНОПОЛЬНАЯ СЛУЖБА**

УПРАВЛЕНИЕ

**Федеральной антимонопольной службы
по Республике Башкортостан**

ул. Пушкина, 95, г. Уфа, 450008
тел. (347)273-34-05, факс (347)272-58-82
e-mail: to02@fas.gov.ru

17.11.2020 № 5/15928

На № _____ от _____

Заявитель:

ООО НПФ «МЕТА»
424000, РМЭ, г. Йошкар-Ола, ул. Баумана
д. 100, оф. 202
shadrin-al@mail.ru

Заказчик:

ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в РБ»
450059, РБ, г. Уфа, ул. Шафиева, д. 7
Z_ur2@02.rospotrebnadzor.ru

**Уведомление № ТО002/10/18.1-3029/2020
о поступлении жалобы и о приостановлении торгов
до рассмотрения жалобы по существу**

г. Уфа, ул. Пушкина, 95

Управление Федеральной антимонопольной службы по Республике Башкортостан, руководствуясь частью 11 статьи 18.1 Федерального закона от 26.07.2006 №135-ФЗ «О защите конкуренции» (далее – Закон о защите конкуренции), сообщает о поступлении жалобы от 13.11.2020 вх.№ 21452 ООО НПФ «МЕТА» на действия заказчика – ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РБ», при проведении аукциона на поставку аппаратно-программного комплекса для медицинских исследований на базе хроматографа «Хроматекс- Кристалл 5000» или эквивалент, извещение № 32009606327, размещено на сайте www.zakupki.gov.ru.

Уполномоченные представители ООО НПФ «МЕТА» и ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РБ» вправе явиться на рассмотрение жалобы **23.11.2020 в 15 часов 30 минут** по адресу: г. Уфа, ул. Пушкина, 95, каб. 513.

В соответствии с частью 18 статьи 18.1 Закона о защите конкуренции со дня направления данного уведомления закупка приостанавливается в части заключения договора до рассмотрения жалобы на действия (бездействие) заказчика, оператора электронной площадки по существу.

В соответствии с частью 12 статьи 18.1 Закона о защите конкуренции юридическое лицо, действия (бездействие) которого обжалуются, в течение одного рабочего дня с момента получения уведомления обязан известить лиц, подавших заявки на участие в закупке, о факте поступления жалобы, ее содержании, месте и времени ее рассмотрения.

Также на основании части 15 статьи 18.1 Закона о защите конкуренции юридическое лицо обязано представить на рассмотрение жалобы по существу

0189038

положение о закупке товаров, работ, услуг, документацию о закупке, изменения, внесенные в документацию о закупке, заявки на участие в закупке, протоколы составленные в ходе проведения закупки, аудио-, видеозаписи, документы регламентирующие деятельность оператора и иные документы и сведения, составленные в ходе организации и проведения закупки.

В случае если по результатам закупок заключены договоры, юридическое лицо обязано представить на рассмотрение жалоб по существу оригиналы, а также надлежащим образом заверенные копии таких договоров.

За непредставление или несвоевременное представление сведений (информации), а равно представление заведомо недостоверных сведений (информации) в антимонопольный орган предусмотрена административная ответственность в соответствии с частью 5 статьи 19.8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Информация о жалобе размещена на сайте www.bash.fas.gov.ru.

Регистрация явившихся на рассмотрение представителей сторон, заинтересованных участников состоится **23.11.2020** по телефону: **(347)246-18-69/8(499) 7552323** (доб.002-107 или 002-108).

Дополнительно сообщаем, что рассмотрение жалобы будет проводиться посредством видеоконференц-связи по ссылке: <https://fas1.tconf.rt.ru/c/1571657911>.

Все необходимые документы могут быть направлены в адрес ведомства по эл.почте: to02@fas.gov.ru, to02-solomakha@fas.gov.ru.

Приложение: копия жалобы на 4 л. в 1 экз.

Заместитель руководителя

Общество с ограниченной ответственностью
научно-производственная фирма

« М Е Т А »

424000 РМЭ, г.Йошкар-Ола, ул.Баумана, д.100, офис 202 ИНН 1215021186 / КПП 121501001 ОГРН 1021200772768
р/с 40702810390080000142 к/с 30101810300000000881 БИК 042282881
Ф-Л ПРИВОЛЖСКИЙ ПАО БАНК «ФК ОТКРЫТИЕ»
т +79278821138;(8362) 97-00-41 e-mail:schadrin-ai@mail.ru

г.Йошкар-Ола
Исх. № 56/3 от 12.11.2020г.

**В Управление Федеральной антимонопольной
службы по г. Уфа.**

Адрес: Республика Башкортостан, 450008, г.Уфа,
ул.Пушкина, д.95

тел. 8 (347) 273-34-05, факс. 8 (347) 272-58-82

E-mail: to02@fas.gov.ru

ЖАЛОБА

Регистровый номер закупки: 32009606327

Наименование Заказчика: Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан"

Место нахождения, (Почтовый адрес): 450059, Респ Башкортостан, г Уфа, р-н
Октябрьский, ул Шафиева, дом 7

Номер контактного телефона: 73472878517

Адрес электронной почты: z_ur2@02.rospotrebnadzor.ru

Контактное лицо:

Адрес электронной почты: z_ur@02.rospotrebnadzor.ru

1. Состав комиссии.

На заседании комиссии (Единая комиссия), при рассмотрении заявок на участие
присутствовали:

Роль	ФИО	Должность	Организация
Председатель комиссии			
Член комиссии			
Член комиссии			

Уполномоченный орган: не привлекается

Специализированная организация: не привлекается

- 2.** Извещение о проведении настоящей процедуры и документация были
размещены «22» октября 2020г. на сайте Единой электронной торговой площадки

(АО «ЕЭТП»), по адресу в сети «Интернет»: <https://com.roseltorg.ru/>.

Заявитель (Участник): Общество с ограниченной ответственностью научно-производственная фирма «МЕТА»

Место нахождения: 424000, РМЭ, г. Йошкар-Ола, ул. Баумана, д. 100, офис 202

Почтовый адрес: 424000, РМЭ, г. Йошкар-Ола, ул. Баумана, д. 100, офис 202

Адрес электронной почты: shadrin-al@mail.ru;

Номер контактного телефона:

Ответственное должностное лицо: директор

Общие сведения об аукционе:

Предмет государственного контракта: Поставка аппаратно-программного комплекса для медицинских исследований на базе хроматографа «Хроматэк-Кристалл 5000» или эквивалент.

Способ определения поставщика – электронный аукцион

Начальная (максимальная) цена - **2 313 425,00** (Два миллиона триста тринадцать тысяч четыреста двадцать пять рублей 00 копеек)

Опубликовано: 22.10.2020 17:20

Обжалуемые действия Заказчика (Комиссии Заказчика):

Отклонение Заявки Заявителя (номер заявки 2) по следующим основаниям:

Причина отклонения:

Отказать в допуске к участию в открытом аукционе в электронной форме.

Основания для отклонения заявки:

Часть 3 документации содержит требования к заявке и документам, входящим в состав заявки на участие в аукционе, которые не соблюдены участником:

1. Пункт 2.2.1 в заявке указана недостоверная информация, по описанию типа средств измерений, предел детектирования ПИД 2*10-12, у ПИД-пч 1,2*10-12, а не 1,1*10-12, как того требует техническое задание. Предел детектирования указывает на чувствительность прибора, т.е. невозможность определять низкие концентрации примеси.

2. Пункт 2.11.5 не соответствует техническому заданию, т.к отсутствует шейкер на дозаторе ДРП-10. Пункт 2.11.14 заявки не соответствует техническому заданию, т.к отсутствует возможность встряхивания образца в ДРП-10. Заявка отклонена в соответствии с п. 4.1.4 документации об аукционе.

Заявитель не согласен с решением и действиями Заказчика (аукционной комиссии), в связи с чем подает настоящую Жалобу:

Сведения, представленные в составе нашей заявки, полностью соответствуют требованиям закупочной документации, а именно:

Требования технического задания (ТЗ), представленные в п.п.: п.2.2.1, п.2.1.15, 2.11.14 соответствуют техническим характеристикам заявленного товара хроматографического комплекса «Кристаллюкс 4000М»

Для обоснования этого утверждения нами был сделан запрос на завод-изготовитель хроматографического комплекса «Кристаллюкс-4000М» ООО НПФ «Мета-хром» о возможности изготовления хроматографического комплекса «Кристаллюкс 4000М» с техническими характеристиками соответствующими техническому заданию аукционной документации № 32009606327.

Ответ завода изготовителя приведен в приложении к данной жалобе из которого следует, что предложенный в нашей заявке хроматографический комплекс является эквивалентом по параметрам требований Технического задания Заказчика поставке аппаратно-программного комплекса для медицинских исследований на базе хроматографа

«Хроматэк-Кристалл 5000».

Кроме того, по пункту 2.2.1 отклонения было проанализировано Руководство по эксплуатации на хроматограф «Кристаллюкс 4000М» (Часть 1) (далее Руководство) из которого следует:

По п. 2.2.1 - отклонение необоснованно, ввиду того что в Руководстве на хроматограф, раздел 3 ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ, п.3.3.8 предел детектирования детектора ПИД-пч составляет величину не более $1,1 \cdot 10^{-12}$ г/с, что соответствует техническому заданию Заказчика. Кроме того заводом-изготовителем были проведены Государственные испытания аккредитованной организацией «Марийский ЦСМ», которые подтвердили данный параметр. (см. ответ завода изготовителя).

По п.п.2.1.14, 2.11.15 - отклонение необоснованно по следующим доводам:

1. В техническом задании Заказчика вообще отсутствует понятие «Шейкер», на отсутствие которого в протоколе отклонения ссылается Заказчик. По видимому здесь имеется ввиду режим встряхивания пробы (от англ. shake — (шейкер)трясти).
2. Согласно паспорту на Дозатор равновесного пара ДРП-10, который предложен в нашей заявке, в соответствии с п.9.7, устройство обеспечивает: «Для сокращения времени достижения парофазного равновесия применяется два режима вибрации к о н т е й н е р о в в вертикальной и орбитальной плоскостях, которые активируется с помощью кнопки «ВИБРАЦИЯ» 18».

Это свидетельствует о том, что заявленное устройство соответствует требованиям п.п.2.1.14, 2.11.15 Технического задания Заказчика, так как обеспечивается встряхивание пробы, находящейся в контейнерах.

Копия паспорта на ДРП-10 приведена в приложении 3.

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, что Заказчиком был необоснованно ограничен доступ к участию в торгах, что выразилось в не правомерном отклонении нашей заявки и, как результат, отсутствие конкуренции на электронном аукционе.

ПРОШУ:

1. Приостановить размещение закупки до рассмотрения жалобы по существу;
2. Признать Жалобу Заявителя обоснованной;
3. Обязать Заказчика признать Заявку Заявителя соответствующей требованиям документации об аукционе;
4. Отменить итоговый протокол рассмотрения заявок на участие. в аукционе в электронной форме на право заключения договора на поставку аппаратно-программного комплекса для медицинских исследований на базе хроматографа «Хроматэк-Кристалл 5000» или эквивалент.
5. Провести внеплановую проверку в отношении правомерности действий Заказчика (аукционной комиссии)
6. Выдать в адрес Заказчика предписание об устранении нарушения законодательства о закупках.

Рассмотрение жалобы прошу осуществить в формате видеоконференции, в связи со сложной эпидемиологической ситуацией, связанной с распространением коронавируса.

Приложение:

1. Документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего жалобу;
2. Копия выдержки из Руководства по эксплуатации хроматографа «Кристаллюкс 4000М»
3. Письмо завода изготовителя.
4. Копия паспорта на устройство ДРП-10
5. Заявка на аукцион.

Документация о закупке не предоставляется ввиду ее большого объема и наличия беспрепятственного доступа к ней на общероссийском официальном сайте: <https://zakupki.gov.ru/223/purchase/public/purchase/info/documents.html?regNumber=32009606327>

Директор _____