

5

Управление Федеральной
антимонопольной службы
по г. Москве
107078, г. Москва, Мясницкий проезд,
дом 4, стр. 1 (вход со стороны
Боярского переулка).

Заинтересованные лица:
ПАО «Транснефть» (Заказчик)
123112, г. Москва, Пресненская
набережная, д.4, стр.2
Тел.: 8 (495) 950-81-78
Факс: (495) 950-89-00, (495) 950-81-68
Эл. почта: transneft@ak.transneft.ru
ИНН/КПП 7706061801/770301001
ОГРН 1027700049486
Президент компании: Токарев Н.П.

Податель жалобы:
ООО ТД «АКИП»
117638, г. Москва, ул. Одесская, д. 2,
помещение IX, ком. 28
Тел.факс (499) 503-14-37
Эл. почта: tender@explosimetr.ru
ИНН/КПП 7725674881/772701001
ОГРН 1097746484131
Генеральный директор: Шиманский
Руслан Юрьевич

Московское УФАС
Рег. номер 45773/20
зарегистрирован 30.06.2020



накет

№ конкурса в электронной форме:
0001-202-К-14-05197-2020

От 26 июня 2020 г. исх. № 16922/2020

Жалоба

на действия (бездействия) заказчика при проведении открытого конкурса в электронной форме
0001-202-К-14-05197-2020 на торговой площадке <https://www.transneft.ru>

04 июня 2020 г. на официальном сайте для размещения заказов ПАО «Транснефть» разместило извещение и конкурсную документацию для проведения открытого конкурса в электронной форме 0001-202-К-14-05197-2020 «Метрологическое оборудование (индивидуальные газосигнализаторы)» с ценой контракта не превышающей 25 302 382,78 рублей (в том числе НДС). Податель жалобы, ООО Торговый Дом «АКИП» (ИНН 7725674881) подал заявку на участие в данном конкурсе, подача пакета документов осуществлялась нами в сроки, установленные инструкцией – до 15.06.2020 11:00 (мск) с предложением на поставку Газоанализаторов М02-02 (729 шт.) российского производителя ООО «НПЦ АТБ».

На основании проведенного анализа рынка газоаналитического оборудования сообщаем, что опросные листы, приложенные в качестве технического задания к указанному выше конкурсу, составлены таким образом, что предполагают согласование единственного производителя: ФГУП «СПО «Аналитприбор» и, как следствие, безальтернативную закупку переносных газоанализаторов СГГ-20Микро.

Пункт 10 Опросного листа (табл.1) «Время срабатывания пороговой сигнализации в

1,6 раза превышает установку порога», в точности дублирует технические характеристики из Описания типа средств измерения к переносному газоанализатору СГГ-20Микро (Лист №5 Приложение 2).

Требования вышеуказанного пункта (табл.1) считаем завышенными и необоснованными, т.к. согласно ГОСТ Р 52350.29.1-2010 «Газоанализаторы. Общие технические требования и методы испытаний газоанализаторов горючих газов» (табл. А), пункт 5.4.16 «Определение времени установления показаний – не более 30 секунд» (Приложение 3).

Табл. 1

«Выдержки из ОЛ»

П. 10. Время срабатывания пороговой предупреждающей сигнализации (значение определяемой концентрации в 1,6 раза, превышает установку порога срабатывания), не более	15 с
---	------

Правовое регулирование отношений, связанное с защитой конкуренции, в том числе с предупреждением и пресечением монополистической деятельности и недобросовестной конкуренции, устранением противодействия конкуренции со стороны органов власти и управления, регламентируется положениями Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции».

Руководствуясь ст. 17, п.2 «Антимонопольные требования к торгам, запросу котировок цен на товары, запросу предложений» Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ (ред. от 18.07.2019) «О защите конкуренции», считаем создание участнику торгов преимущественных условий участия в торгах неправомерным.

Таким образом, ООО ТД «АКИП» обоснованно считает, что ПАО «Транснефть» допустило нарушение следующих норм закона: пп.5. п.1. ст. 10; пп.1., пп.2., пп.3. ст. 17; ст. 14.2., 14.3., 14.8. ФЗ "О защите конкуренции". А также пп.1)-3) п.1. ст. 3 Федерального закона от 18.07.2011 N 223-ФЗ (ред. от 02.08.2019) "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц".

На основании вышеизложенного,

ПРОШУ:

1. Вынести предписание об устранении нарушений, скорректировав п.10 Опросного листа (изменить время срабатывания с 15 секунд на 30 секунд).

Приложения:

1. Техническая документация – 1 архив.
2. Копия Описания типа средств измерения к переносному газоанализатору СГГ-20Микро на 11 л.
3. ГОСТ Р 52350.29.1-2010 «Газоанализаторы. Общие технические требования и методы испытаний газоанализаторов горючих газов» (табл. А), пункт 5.4.16 на 40 л.
4. Копия Устава ООО ТД «АКИП» на 24 л.
5. Копия Изменения № 1 к Уставу ООО ТД «АКИП» на 1 л.
6. Копия Свидетельства о регистрации юридического лица ООО ТД «АКИП» на 1 л.
7. Выписка ЕГРЮЛ ООО ТД «АКИП» на 14 л.
8. Выписка ЕГРЮЛ ПАО «Транснефть» на 22 л.
9. Копия приказа о назначении генерального директора ООО ТД «АКИП» на 1 л.
10. Копия Протокола участников ООО ТД «АКИП» № 1/2018 от 24.10.2018 о назначении Генерального директора на 1 л.

Генеральный директор ООО ТД «АКИП»



Шиманский Р.Ю.