

Аукцион в электронной форме на поставку систем холтеровского мониторинга с регистраторами (ЭКГ/АД) для оснащения поликлиник г. Москвы (Столичное здравоохранение) (ПС32023-719)

Адрес электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

<http://roseltorg.ru>

исх. № 66 от 12.10.2023 г.

Жалоба на документацию

(в порядке ст. 18.1 Закона о защите конкуренции).

27 сентября 2023 года размещено извещение о проведении аукциона в электронной форме на поставку систем холтеровского мониторинга с номером закупки [№ 32312802567](#) (Заказчик: ГАУ г. Москвы «Гормедтехника ДЗМ»).

ООО «АНГИОТЕК» проведя анализ рынка выяснило, что ни одно изделие не соответствует требованиям технического задания, что приводит к невозможности предложения изделия с достоверными характеристиками.

Так в техническом задании установлены параметры, которыми не обладает ни одно изделие на рынке, а именно:

№ п. п.	Наименование, характеристики, комплектация	Требуемые функции, параметры	Наименования изделия и его характеристики	Наименования изделия и его характеристики	Наименования изделия и его характеристики
Поз. № 1	Система холтеровского мониторирования с регистраторами (ЭКГ/АД)		Комплексы аппаратно-программные носимые с цифровой записью одно-, двух-, трехсуточного мониторирования ЭКГ и АД (по Холтеру) «Декорда», производства НАО «ИНКАРТ» (Приложение № 1).	Комплекс для многосуточного мониторирования ЭКГ (По холтеру) и АД «Кардиотехника-07», производства ООО «ИНКАРТ» (Приложение № 2)	Комплект мониторов компьютеризированных носимых одно, двух, трехсуточного мониторирования ЭКГ, АД, ЧП КМкн – «Союз- «ДМС» (Приложение № 3).
2.1.6.3	Предел допускаемой погрешности измерения напряжения в диапазоне свыше 0,1 до 0,5 мВ, %	не более 20	±15 (то есть 30) (лист 4 ОТСИ)	±15 (то есть 30) (лист 4 ОТСИ)	соответствие
2.1.6.4	Предел допускаемой погрешности измерения напряжения в диапазоне свыше 0,5 до 10,0 мВ, %	не более 7	±7 (то есть 14) (лист 4 ОТСИ)	±7 (то есть 14) (лист 4 ОТСИ)	± 5 (то есть 10) (лист 5 п. 3 ОТСИ)
2.1.7	Измерение временных параметров: интервалов времени и длительности элементов ЭКГ сигнала				
2.1.7.1	Минимальное значение	не более 0,1	Соответствие	Соответствие	Не менее 3,2 секунды (лист 5 п. 8 ОТСИ)
2.1.7.2	Максимальное значение	не менее 2,00	Соответствие	Соответствие	Не менее 3,2 секунды (лист 5 п. 8 ОТСИ)

Данные о характеристиках взяты с официального сайта Росстандарта, а именно портала ФГИС «АРШИН» <https://fgis.gost.ru/fundmetrology/registry/4/> , если производители письмом подтверждают соответствие совокупности данных характеристик, то они представляют недостоверные сведения. Вместе с этим если подтверждается соответствие только этих характеристик, то тогда изделия не будут соответствовать требованию о наличии «первичной поверки» (п. 12 Общих требований ТЗ), так как у таких изделий нет первичной поверки.

Вместе с этим на рынке имеются инновационные изделия, которые соответствует данным характеристикам, но не проходят по габаритам, двух других Московских производителей и одного Нижегородского.

Все дело в том, что Описание объекта закупки составлено таким образом, чтобы конкурентная процедура не состоялась, а аукционная комиссия допустила, только заявку в которой будет предложена продукция производителя «Инкарт» с комплексом «Кардиотехника-07», хоть оно и не соответствует описанию объекта закупки.

Фактически и скорее всего будет подана одна заявка с товаром производства ООО «ИНКАРТ» с комплексом «Кардиотехника-07», возможно с целью создания видимости конкуренции и отсутствия конкуренции, будет подано еще одна заявка, в которой будет предложен товар производства НАО «ИНКАРТ» с комплексом «Декорда», но ни один не другой товар не соответствуют описанию объекта закупки, или Один из данных трех производителей, которые очевидно разделили 3 крупных лота между собой.

Федеральный закон от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – Закон о закупках) устанавливает общие принципы закупки товаров, работ, услуг и основные требования к закупке товаров, работ, услуг юридическими лицами, указанными в части 2 статьи 1 Закона о закупках.

Согласно части 1 статьи 2 Закона о закупках при закупке товаров, работ, услуг заказчики руководствуются Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Законом о закупках, другими федеральными законами, а также принятыми в соответствии с ними и утвержденными с учетом положений части 3 статьи 2 Закона о закупках правовыми актами, регламентирующими правила закупки.

Пунктом 1 части 6.1 статьи 3 Закона о закупках установлено, что в описании предмета закупки указываются функциональные характеристики (потребительские свойства), технические и качественные характеристики, а также эксплуатационные характеристики (при необходимости) предмета закупки.

При этом в силу пункта 2 части 6.1. статьи 3 Закона о закупках при описании в документации о конкурентной закупке предмета закупки заказчик должен руководствоваться следующими правилами, а именно: **в описание предмета закупки не должны включаться требования к товарам,**

информации, работам, услугам при условии, что такие требования влекут за собой необоснованное ограничение количества участников закупки, за исключением случаев, если не имеется другого способа, обеспечивающего более точное и четкое описание указанных характеристик предмета закупки.

На основании вышеизложенного и руководствуясь п. 2 ч. 6.1. ст. 3 Закона о закупках, ст. 18.1 Закона о защите конкуренции,

Прошу:

1. Признать жалобу обоснованной, выявить в действиях заказчика нарушение п. 2 ч. 6.1. ст. 3 Закона о закупках;
2. Выдать обязательное для исполнения предписание о внесении изменений в документацию о закупке.

Приложения:

1. Выписка из ОТСИ НАО ИНКАРТ Декорда;
2. Выписка из ОТСИ ООО ИНКАРТ Кардиотехника-07;
3. Выписка из ОТСИ ДМС-Передовые технологии;
4. Приказ о назначении генерального директора;
5. Решение о назначении генерального директора.

Генеральный директор
ООО «АНГИОТЕК»



Борде А.С.