


**В Управление Федеральной антимонопольной службы по Красноярскому краю**

Адрес: 660017, Красноярский край, г. Красноярск, пр-т Мира, д. 81д

Телефон/факс: +7 (861) 253-66-22

E-mail: to24@fas.gov.ru



**Заявитель (участник закупки):**

Общество с ограниченной ответственностью «ИнПроТех»

Юридический адрес: 199406, Санкт-Петербург, Гаванская ул. д. 43 пом. 5-Н лит. А

тел. +7 (812) 600-12-17

E-mail: info@enprotech.ru

**Лицо, действия которого обжалуются:**

Комиссия заказчика –

Открытого акционерного общества «Красноярский завод цветных металлов имени В.Н. Гулидова»

Юридический адрес: 660027, г. Красноярск, Транспортный проезд, дом 1

тел. +7 (391) 259-33-33

E-mail: info@krastsvetmet.ru

**Номер закупки в Единой информационной системе в сфере закупок:**

32009648918

**Жалоба**

**на действия заказчика при проведении запроса предложений в электронной форме по выбору поставщика на право заключения договора на поставку печи купеляционной**

05 ноября 2020 на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок (далее также – ЕИС; <http://zakupki.gov.ru>, закупка №32009648918), а также на сайте оператора электронной площадки АО «ЕЭТП» (<http://roseltorg.ru>) размещена информация (извещение, документация) о проведении ОАО «Красноярский завод цветных металлов имени В.Н. Гулидова» запроса предложений в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства, по выбору поставщика на право заключения договора на поставку печи купеляционной.

ООО «ИнПроТех» подало заявку на участие в данной закупке, заявке присвоен порядковый номер №508044. Конкурентом ООО «ИнПроТех» в данном запросе предложений согласно протоколу рассмотрения вторых частей заявок №32009648918 является ООО «Промкерамика», порядковый номер заявки №508503.

Предметом закупки являлась печь купеляционная EMF-C, арт.№ PEMFC410, или эквивалент. Печь EMF-C является продуктом производства компании Morgan Advanced Materials Furnace Industries (Австралия), официальным дистрибьютором которой ООО «ИнПроТех» является на территории Российской Федерации (копия авторизационного письма от 30.06.2020 г. прилагается).

ООО «Промкерамика» в качестве эквивалента печи купеляционной EMF-C, арт. №PEMFC410, предложила печь купеляционную Electric 50 Place Cupellation Furnace производства компании Furnace & Assay Supplies. Руководство по эксплуатации, содержащее техническое описание данной печи и находящееся в свободном доступе на сайте производителя, прилагается (см. <https://fandasupplies.com/wp-content/uploads/2018/09/E50PCF-Manual-380-415V-E5CC.pdf>).

**Доводы к рассмотрению настоящей жалобы:**

Исходя из технического описания печи Electric 50 Place Cupellation, приведенного в технической документации Furnace & Assay Supplies, следует отметить нижеописанные несоответствия



характеристик печи Electric 50 Place Cupellation Furnace требованиям предъявляемым заказчиком в Приложении №1 документации по проведению запроса предложений (далее, также Документация):

1. Согласно Приложению №1 Документации качество печи должно быть подтверждено Сертификатом соответствия ISO 9001:2015, что требуется также ГОСТ ISO/IEC 17025-2019 «Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий» с учётом наличия у Аналитического центра Красцветмета, аттестатов Федеральной службы по аккредитации (Росаккредитации) (аттестат аккредитации № RA.RU 510745 от 28.08.2015) и Органа по аккредитации лабораторий ААЦ «Аналитика» (аттестат аккредитации № ААС.А.00039 от 18.12.2019).

Компания Morgan Furnace Industries имеет сертификат соответствия ISO 9001:2015, выданный сертифицирующим органом SAI Global Certification Services Pty Ltd (копия Сертификата прилагается). Производитель Furnace & Assay Supplies не сертифицирован в соответствии с ISO 9001:2015 и не числится в реестрах аккредитованных по данному стандарту производителей.

2. Корпус печи Electric 50 Place Cupellation Furnace изготовлен из листового материала способом лазерной резки. Цвет лакокрасочного покрытия сине-красный (стр. 3 «Инструкция по эксплуатации (Технический паспорт печи Electric 50 Place Cupellation Furnace)»). Заказчиком по данному пункту заявлены следующие требования: Корпус и основание выполнены из листовой оцинкованной стали толщиной 2 мм, высокостойкое лакокрасочное покрытие синего цвета Хаммерфин.

3. Печь Electric 50 Place Cupellation оснащена температурным регулятором Omron с максимальной температурой нагрева 1100 °С (стр. 4 «Инструкция по эксплуатации (Технический паспорт печи Electric 50 Place Cupellation Furnace)»). Заказчиком по данному пункту заявлены следующие требования: автоматический электронный терморегулятор с верхним пределом нагрева 1200 °С, термopара типа «К», таймер с семидневным рабочим циклом, защита от перегрева.

4. Размеры рабочей камеры печи Electric 50 Place Cupellation составляют 145 x 250 x 450 мм. (стр. 1 «Инструкция по эксплуатации (Технический паспорт печи Electric 50 Place Cupellation Furnace)»). Заказчиком по данному пункту заявлены следующие требования: габариты рабочей камеры должны составлять не менее 200 x 260 x 460 мм.

5. Габаритные размеры печи Electric 50 Place Cupellation составляют 715 x 1690 x 650 мм. (стр. 3 «Инструкция по эксплуатации (Технический паспорт печи Electric 50 Place Cupellation Furnace)»). Заказчиком по данному пункту заявлены следующие требования: габаритные размеры печи должны составлять не более 695 x 1785 x 830 мм.

Согласно п.17.2 Документации Заявка на участие в запросе предложений должна полностью соответствовать каждому из установленных настоящей документацией требований или быть лучше, то есть указанные требования являются пороговыми.

Вышеприведённое сравнение технических характеристик предлагаемой ООО «Промкерамика» купеляционной печи Electric 50 Place Cupellation с требованиями Заказчика позволяет сделать однозначный вывод о несоответствии заявки на участие, поданной ООО «Промкерамика», требованиям технического задания Заказчика. Характеристики печи Electric 50 Place Cupellation уступают характеристикам, указанным Заказчиком в Приложении №1 Документации.

Частью 1 статьи 2 Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее также – Закон № 223-ФЗ) установлено, что при закупке товаров, работ, услуг заказчики руководствуются Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, настоящим Федеральным законом, другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также принятыми в соответствии с ними и утвержденными с учетом положений части 3 настоящей статьи правовыми актами, регламентирующими правила закупки.

В силу пункта 16.1.23 «Положения о закупке товаров, работ, услуг ОАО «Красцветмет» (редакция №5) (далее также – Положение)» закупочная комиссия рассматривает заявки на участие в запросе предложений на соответствие требованиям, установленным закупочной документацией, и проверяет соответствие участников требованиям, установленным закупочной документацией. В случае, если заявка участника или сам участник не отвечают какому-либо из требований, установленных закупочной документацией, комиссия отказывает участнику в допуске к участию в запросе предложений.



По части 10 статьи 3 Закона № 223-ФЗ любой участник закупки вправе обжаловать в антимонопольном органе в порядке, установленном статьей 18.1 Закона № 135-ФЗ, с учетом особенностей, установленных настоящей статьей, действия (бездействие) заказчика, комиссии по осуществлению закупок, оператора электронной площадки при закупке товаров, работ, услуг, если такие действия (бездействие) нарушают права и законные интересы участника закупки.

На основании п.14.2 ФЗ-135 "О защите конкуренции" не допускается недобросовестная конкуренция путем введения в заблуждение, в том числе в отношении качества и потребительских свойств товара, предлагаемого к продаже, назначения такого товара, способов и условий его изготовления или применения, результатов, ожидаемых от использования такого товара, его пригодности для определенных целей.

На основании вышеизложенного

#### ПРОСИМ:

1. Провести внеплановую проверку на предмет соблюдения комиссией открытого акционерного общества «Красноярский завод цветных металлов имени В.Н. Гулидова» при проведении запроса предложений в электронной форме (реестровый номер извещения о закупке в ЕИС: 32009648918) требований Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», иных федеральных законов и нормативных правовых актов, а также Положения о закупке товаров, работ, услуг ОАО «Красцветмет» (редакция № 5).

2. Проверить техническое предложение ООО «Промкерамика» на предмет соответствия заявленных технических характеристик предлагаемой купеляционной печи Electric 50 Place Cupellation Furnace характеристикам, заявленным заводом-изготовителем Furnace & Assay Supplies выпускающим данную продукцию.

3. В случае выявления нарушений признать действия комиссии открытого акционерного общества «Красноярский завод цветных металлов имени В.Н. Гулидова» незаконными и обязать ее устранить допущенные нарушения.

4. Приостановить процедуру заключения договора по итогам закупки (реестровый номер извещения в ЕИС: 32009648918) до рассмотрения настоящей жалобы по существу.

#### Приложения:

1. Авторизационное письмо Morgan – 2 стр.;
2. Инструкция по эксплуатации (Технический паспорт печи Electric 50 Place Cupellation Furnace) – 30 стр.;
3. Сертификат соответствия ISO Morgan Furnace Industries – 1 стр.

С уважением,  
Генеральный директор  
ООО «ИнПротех»

Исп. Жуков Андрей Николаевич  
E-mail: zhukov@enprotech.ru



Першина Анастасия Викторовна

ООО  
"ИНПРО  
ТЕХ"

Подписано  
цифровой  
подписью: ООО  
"ИНПРОТЕХ"  
Дата:  
2020.11.25  
18:38:24 +03'00'