



ФЕДЕРАЛЬНАЯ
АНТИМОНОПОЛЬНАЯ
СЛУЖБА
(ФАС России)

Садовая Кудринская, 11
Москва, Д-242, ГСП-3, 125993
тел. (499) 755-23-23, факс (499) 755-23-24
delo@fas.gov.ru <http://www.fas.gov.ru>

18.04.2019 № 17/32049/9

На № _____ от _____

✓ Московское УФАС России

Мясницкий пр., д. 4, стр. 1,
Москва, 107078

ООО «Нью Стрим Сервисез»

Октября ул., д. 18, пом. 004,
г. Реутов, 143969

О передаче жалобы по подведомственности

В Федеральную антимонопольную службу (далее – ФАС России) поступила жалоба ООО «Нью Стрим Сервисез» на действия (бездействие) заказчика ФБУЗ «ЛЕЧЕБНО-РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ РОССИИ» (далее – Заказчик) при проведении запроса котировок на поставку ламп ксеноновых для эндоскопического осветителя «EXERA III» - 190 серии производства фирмы Olympus Medical Systems Corporation (Япония) с начальной максимальной ценой 280 800 рублей (извещение № 31907669957) (далее — Жалоба).

В соответствии с письмом ФАС России от 01.03.2012 № ИА/6011 Центральный аппарат ФАС России рассматривает жалобы на действия (бездействие) заказчиков при закупке товаров, работ, услуг стоимостью свыше одного миллиарда рублей. Жалобы на действия (бездействие) заказчиков при проведении иных закупок рассматриваются территориальными органами ФАС России по месту нахождения заказчика (в случае если закупка осуществляется филиалом заказчика, жалоба в отношении такой закупки может быть рассмотрена территориальным управлением по месту нахождения филиала заказчика по согласованию с территориальным управлением, на территории деятельности которого находится заказчик).

В соответствии с закупочной документацией Заказчиком по указанной закупке является ФБУЗ «ЛЕЧЕБНО-РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ РОССИИ», адрес места нахождения которого: Москва, с Вороново.

На основании вышеизложенного, ФАС России направляет жалобу ООО «Нью Стрим Сервисез» в Московское УФАС России для рассмотрения по



2019-48866(1)

Московское УФАС
Рег. номер 22694/19
зарегистрирован 24.04.2019



254392

существо.

О результатах рассмотрения жалобы необходимо сообщить заявителю и в ФАС России.

Дополнительно ФАС России сообщает, что жалоба подписана электронной цифровой подписью.

Приложение: на 3 л. в 1 экз. в первый адрес.

Начальник Управления
контроля размещения
государственного заказа ФАС России



А.Ю. Лобов

Исп. Селезнев А.А.
8(499)755-23-23 (доб. 088-679)

Parts Keeper

ООО «Нью Стрим Сервисез»

143969, Московская обл., Реутов, ул. Октября 18, пом. 004.

ИНН 5041207324, КПП 504101001

Тел.: +7 (495) 646-49-04

E-mail: mail@partskeeper.ru

Сайт: www.partskeeper.ru

Дата: 09 апреля 2019 г.

исх. Номер 090419

Куда: Федеральная антимонопольная служба

125993, г. Москва, Садовая-Кудринская, д.11

От кого: ООО «Нью Стрим Сервисез»

143969, Московская обл., Реутов, ул. Октября 18, пом. 004

Жалоба действия закупочной комиссии

1. **Заказчик:** ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ЛЕЧЕБНО-РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР МИНИСТЕРСТВА ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ". ИНН 7751524258.

Адрес: 142160, г Москва, с Вороново.

Контактное лицо Прилипко Оксана Викторовна

Члены комиссии:

А.Д. Ердакова

О.В. Прилипко

С.В. Муравьев

Адрес электронной почты zakupki@medcity.ru

Номер контактного телефона +7 (499) 1431487

Факс отсутствует

2. **Участник размещения заказа (заявитель):**

ООО «Нью Стрим Сервисез», ИНН: 5041207324

Адрес: 143969, Московская обл., Реутов, ул. Октября 18, пом. 004,

телефон: +7 (495) 646-49-04; **e-mail:** mail@partskeeper.ru; факс - отсутствует

контактное лицо: Петров Виталий Валерьевич

3. **Адрес официального сайта, на котором размещена информация о закупке:** www.zakupki.gov.ru

4. **Номер извещения:** № 31907669957

Наименование аукциона: «Поставка ламп ксеноновых для эндоскопического осветителя «EXERA III» - 190 серии производства фирмы Olympus Medical Systems Corporation (Япония)»

Дата опубликования извещения о проведении электронного аукциона: 21.03.2019 г.

5. **Обжалуемые положения аукционной документации с указанием норм Федеральных законов, которые, по мнению Заявителя, нарушены:**

Заказчиком была отклонена поданная ООО «Нью Стрим Сервисез» заявка на участие в закупке по следующему основанию:

Участник закупки не допускается к участию в запросе котировок в связи с несоответствием заявки на участие в закупке требованиям документации о закупке, на основании пп 2. п 44 Положения и п 23 Извещения о проведении запроса котировок на право заключить договор на поставку ламп ксеноновых для эндоскопического осветителя "EXERA III" -190 серии производства фирмы Olympus Medical Systems Corporation (Япония) для ФБУЗ "Лечебно-реабилитационный центр Минэкономразвития России", а именно

1. В заявке Участника предложен товар - Лампа ксеноновая Luxtel Ceralux CL1854 США не соответствующий требованиям Заказчика, указанным в Техническом задании. Требуемый к поставке Товар закупается к

стран СНГ компании Olympus Corporation (Япония), полностью совместимый с источником света EXERA III CLV-190 является только ксеноновая лампа MAJ-1817, Olympus, Япония. Таким образом, использование ламп других производителей ухудшает заявленные технические характеристики и может привести к сбоям в работе оборудования.

Считаем, что Заказчиком нарушена п 3 ст. 17 Федерального закона от 26.07.2006 N 135-ФЗ "О защите конкуренции", что привело к фактическому устранению конкуренции.

6. Доводы жалобы:

6.1. Техническое задание содержало требование к поставляемому товару в следующем виде:

№ п/п	Наименование	Технические характеристики	Ед. изм.	Кол- во
1.	Лампа ксеноновая	Для эндоскопического ксенонового источника света. Ксеноновая короткодуговая безозоновая лампа мощностью - Не менее 300 Вт. Срок службы лампы при постоянном использовании - Не менее 500 часов. Совместимость с оборудованием и инструментами производства Olympus Medical Systems Corporation (ЯПОНИЯ), уже имеющимися у заказчика - Без дополнительных адаптеров и переходников.	шт.	2

6.2. Требования к товарному знаку поставляемого товара, наименованию производителя или стране происхождения – отсутствуют в техническом задании.

6.3. Технические характеристики указаны с использованием выражений “не менее” свидетельствующих о том, что к поставке принимаются товары любых производителей и товарных знаков, удовлетворяющих техническому заданию.

6.4. В соответствии с аукционной документацией

“Участник закупки должен указать модель, товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), наименование места производства товара и наименование производителя предлагаемого для поставки товара, конкретные характеристики Товара, номер и дату Регистрационного удостоверения Росздравнадзора. В случае отсутствия у предлагаемого к поставке Товара товарного знака, наименование данного товара должно сопровождаться словами - «товарный знак отсутствует» а также другими параметрами предлагаемого к поставке Товара, позволяющие его однозначно идентифицировать, конкретные характеристики Товара, номер и дату Регистрационного удостоверения Росздравнадзора.”

6.4. Принимая во внимание 6.2 - 6.4. можно сделать вывод, что к поставке принимаются товары любых производителей и товарных знаков при условии, что они удовлетворяют техническому заданию.

6.5. Заявка ООО “Нью Стрим Сервисез” содержала предложение о товаре – лампах CeraLux CL1854, произведенных компанией Luxtel LLC. Согласно информации, предоставленной производителем товара – данные лампы полностью соответствуют техническому заданию (см приложения 3 и 4).

6.6. В своем решении об отклонении заявки ООО “Нью Стрим Сервисез” заказчик ссылается на информацию, предоставленную третьим лицом (являющимся ко всему прочему лицом заинтересованным) - ООО “Олимпас Москва”, которое сообщило, что полностью совместимый с источником света EXERA III CLV-190 является только ксеноновая лампа MAJ-1817, Olympus, Япония. Однако никаких подтверждений/доказательств, что лампы CeraLux CL1854 производства компании Luxtel LLC являются несовместимыми с источником света

света EXERA III CLV-190 или нет. Вполне возможно, что если ООО "Олимпас Москва" является официальным представителем на территории РФ и стран СНГ компании Olympus Corporation (Япония), то оно может дать информацию в виде "полностью совместимый с источником света EXERA III CLV-190 СРЕДИ ЛАМП, ВЫПУСКАЕМЫХ ПОД ТОВАРНЫМ ЗНАКОМ OLYMPUS является только ксеноновая лампа MAJ-1817, Olympus, Япония" либо предоставить доказательства того, что лампы CeraLux CL1854 производства компании Luxtel LLC являются несовместимыми с источником света EXERA III CLV-190. Однако таких доказательств не предоставлено.

6.7. В обосновании отклонения заявки ООО "Нью Стрим Сервисез" также присутствует вывод "Таким образом, использование ламп других производителей ухудшает заявленные технические характеристики и может привести к сбоям в работе оборудования". Данный вывод также не имеет под собой никаких оснований и подтверждений.

Таким образом, в результате данной закупки **конкуренция была полностью устранена** что является грубым нарушением Федерального закона от 26.07.2006 N 135-ФЗ "О защите конкуренции": заказчик необоснованно отклонил все заявки, которые содержали товары альтернативных товарных знаков (не Olympus), основываясь на информации от третьего (заинтересованного) лица, представляющего интересы производителя товаров под товарным знаком Olympus.

С учетом вышеизложенного, прошу:

1. Принять настоящую жалобу для рассмотрения по существу;
2. Приостановить заключение договора по извещению №31907669957;
3. Признать жалобу обоснованной и обязать Заказчика устранить выявленные нарушения;
4. Дать правовую оценку в рамках антимонопольного законодательства действиям заказчика по принятию в качестве основания по отклонению заявки ООО "Нью Стрим Сервисез" информацию от заинтересованного лица - ООО "Олимпас Москва", представляющего интересы производителя товаров под товарным знаком Olympus.

7. Приложения:

1. Письмо от производителя, подтверждающее соответствие лампы для имеющегося у Заказчика оборудования.
2. Протокол №53зкз/19 рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе котировок в электронной форме от 29.03.2019 г.
3. Информация производителя ламп CeraLux CL1854
4. Перевод на русский язык информации производителя ламп CeraLux CL1854

Генеральный директор
Петров Виталий Валерьевич