



ООО «Медкорп-МТ»

Юридический адрес: 107076, г. Москва, ул.
Стромынка, д. 19, к 2, Э 1 ПИВБ К32 РМЗ

Фактический адрес: 105318, Москва, ул.

Мироновская, д. 33, стр.26

тел: (495) 969-61-47, (495) 960-39-84 т/ф: (499) 788-
78-03 (499) 788-78-04, (499) 788-78-05

ИНН 7718654186 КПП 771801001 ОГРН

1077757666183 ОКВЭД 46.18.1; 46.46.2

Email: medcorp@medcorp.ru

www.medcorp.ru

Исх. № 120/МТ-20
От «10» августа 2020 г.

Куда: Управление Федеральной
антимонопольной службы по г. Москва
г. Москва, Мясницкий проезд, дом 4, стр.1

От кого: ООО «Медкорп-МТ»

Место нахождения:

105318, г. Москва, ул. Мироновская, д. 33, стр. 26

Контактный телефон/факс: 8 (495) 960-39-84

Адрес электронной почты: medcorp@medcorp.ru

ЖАЛОБА

**на незаконные действия Уполномоченного органа, Заказчика при проведении аукциона в
электронной форме «Аукцион в электронной форме на поставку комплекса лечебно-
диагностического подвижного для нужд ГБУЗ «ГП № 220 ДЗМ» в 2020 году»
(номер извещения – №32009378241)**

Заявитель:

Место нахождения: 105318, г. Москва, ул. Мироновская, д. 33, стр. 26

Почтовый адрес: 105318, г. Москва, ул. Мироновская, д. 33, стр. 26

Контактный телефон/факс: 8 (495) 960-39-84, 8 (499) 788-78-03

Адрес электронной почты (E-mail): medcorp@medcorp.ru

Заказчик: ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
ГОРОДА МОСКВЫ "ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 220 ДЕПАРТАМЕНТА
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ"

ИНН 7703173546

КПП 770301001

ОГРН 1037700202022

Место нахождения 123022, ГОРОД МОСКВА, УЛИЦА ЗАМОРЁНОВА, дом 27

Почтовый адрес 123376, г Москва, ул Заморёнова, дом 27

Контактное лицо Чибисов Д.Н.

Электронная почта ChibisovDN@zdrav.mos.ru

04.08.2020 г. на официальном сайте «<http://roseltorg.ru>» было опубликовано извещение
№32009378241 о проведении электронного аукциона «Аукцион в электронной форме на
поставку комплекса лечебно-диагностического подвижного для нужд ГБУЗ «ГП № 220 ДЗМ»
(<http://zakupki.gov.ru/223/purchase/public/purchase/info/common-info.html?regNumber=32009378241>).

Дата и время окончания подачи заявок – 12.08.2020 в 09:00 (МСК)

Дата окончания срока рассмотрения первых частей заявок – 13.08.2020

ООО «Медкорп-МТ» намереваясь принять участие в вышеназванном электронном аукционе, в ходе изучения документации по данному аукциону выявило, что указанный в составе закупки Рентгеновский маммографический аппарат с цифровой регистрацией изображений не соответствует Федеральному закону "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" от 21.11.2011 N 323-ФЗ и иным нормативным документам, действующим на территории Российской Федерации.

Предмет жалобы:

По мнению Заявителя «ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ на поставку комплекса лечебно-диагностического подвижного для нужд ГБУЗ «ГП № 220 ДЗМ» в 2020 году» - составлено таким образом, что любое аналогичное оборудование соответствующее техническим требованиям в части оборудования «Рентгеновский маммографический аппарат с цифровой регистрацией изображений», не соответствует Федеральному закону "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" от 21.11.2011 N 323-ФЗ и иным нормативным документам, действующим на территории Российской Федерации.

Доводы жалобы:

Заказчик при описании в документации о закупке объекта закупки должен использовать при составлении описания объекта закупки показателей, требований, условных обозначений и терминологии, касающихся технических характеристик, функциональных характеристик (потребительских свойств) товара, работы, услуги и качественных характеристик объекта закупки, которые предусмотрены техническими регламентами, принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, документами, разрабатываемыми и применяемыми в национальной системе стандартизации, принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации о стандартизации, иных требований, связанных с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям заказчика.

Заявитель считает, что при составлении технического задания в части

108.	Рентгеновский маммографический аппарат с цифровой регистрацией изображений	Комплекс рентгеновский маммографический цифровой МАДИС или эквивалент
------	--	--

включил параметры, не соответствующие нормативным документам, действующим на территории Российской Федерации, в особенности требования

109.	Цифровой приемник рентгеновского изображения (ЦПРИ):	В наличии
110.	Метод преобразования рентгеновского изображения в электрический сигнал и цифровое изображения на основе комбинации входного рентгеновского экрана, узла оптического переноса изображения и преобразователя свет-сигнал на основе ПЗС- матрицы	В наличии

В маммографе используется приемник с использованием ПЗС матрицы с оптической системой переноса изображения. Главный недостаток цифровых детекторов с экраном, оптикой и ПЗС матрицей типа «Экран-Оптика-ПЗС» - низкая квантовая эффективность, вызванная потерями сигнала при преобразовании (рентгеновского излучения в видимое световое), и, в еще большей степени, потерями в оптическом узле.

Использование в тракте оптического объектива приводит к возникновению искажений: геометрических и яркостных, которые ухудшают диагностическую ценность снимка. Светосила объектива, его коэффициент сбора светового потока, вносимые им искажения и шумы – все это приводит к резкому ухудшению квантовой эффективности детектора «Экран-Оптика-ПЗС», и ограничивают его пространственное разрешение и пороговый контраст.

Низкая квантовая эффективность детекторов на ПЗС (на порядок меньше, чем в современных плоскопанельных приемниках) приводит к существенному увеличению лучевой нагрузки на пациентов и медицинский персонал, к преждевременному износу дорогостоящей рентгеновской трубки.

Другим недостатком детекторов на ПЗС является слабое пространственное разрешение. Часто продавцы лукавят, приводя величины пространственного разрешения для объектов с контрастом 100%. Однако, в подавляющем большинстве исследований, а в маммографии в 100% исследований, изображения имеют низкие значения контраста, при которых пространственное разрешение у детекторов на ПЗС в несколько раз хуже, чем у современных плоскопанельных матричных приемников, что резко снижает диагностическую достоверность таких исследований, приводит к необходимости повторных съемок, повышает риск пропуска патологии в начальной стадии её развития, усложненной терапии и к тяжелым последствиям для здоровья пациента.

Также заказчик намеренно не включил требования, позволяющие определить оборудование, явно **не соответствующее действующей нормативной документации**, например в техническом задании отсутствуют

- требования к мощности и токам (или количеству электричества) рентгеновского питающего устройства, равно как и к мощности и токам (или количеству электричества) рентгеновского излучателя;
- для приемника рентгеновского изображения не указаны параметры квантовой эффективности регистрации (DQE) и функции передачи модуляции (MTF);
- требования к теплоемкости рентгеновского излучателя;
- параметры отсеивающего раstra.

Согласно п.13 ст. 38 N 323-ФЗ «13. Недоброкачественное медицинское изделие - медицинское изделие, не соответствующее требованиям нормативной, технической и (или) эксплуатационной документации производителя (изготовителя) **либо в случае ее отсутствия требованиям иной нормативной документации.**» Заявитель считает, что оборудование, удовлетворяющее требованиям аукционной документации, являющееся характерной чертой аппарата «Комплекс рентгеновский маммографический цифровой МАДИС по ТУ У 33.1-14309534-118-2003», производства Фирма "Радмир" Дочернего предприятия АО "Научно-исследовательского института радиотехнических измерений", Украина, не соответствует требованиям действующей на территории России нормативной документации.

Полные тексты нормативных документов, которым по мнению заявителя должна соответствовать аукционная документация, будут направлены в Федеральную антимонопольную службу дополнительно.

Прошу:

рассмотреть настоящую жалобу, провести соответствующую проверку, принять решение в соответствии с Законом.

Генеральный директор _____ **М.М. Воробьев**