

Жалоба на положения аукционной документации по извещению № 32312517646

Федеральное государственное автономное учреждение «Национальный медицинский исследовательский центр «Лечебно-реабилитационный центр» Министерства здравоохранения Российской Федерации (далее – Заказчик) разместило извещение об осуществлении закупки посредством закрытого электронного аукциона № 32312517646.

Доводы жалобы:

Описание объекта закупки противоречит действующему законодательству о закупках, в частности, Федеральному закону от 18 июля 2011 г. №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – ФЗ №223), а именно – ст.3 ФЗ №223 и ст. 17 Федерального закона от 26 июля 2006 г. №135-ФЗ «О защите конкуренции» (далее – ФЗ №135).

1. Позиция 10 сформирована под товар единственного производителя – система коронарного стента Synegy с лекарственным покрытием производства Бостон Сайентифик Корпорейшн, США, РЗН 2015/2338 от 17.06.2022 года. Рабочая длина катетера данного медицинского изделия составляет 144 см, что подтверждается информацией, указанной в регистрационном удостоверении и инструкции производителя, а также полностью отвечает требованиям технического задания («не менее 142 см»).

Под описание объекта закупки мог бы подойти коронарный стент Firehawk производства Шанхай МайкроПорт Медикал (Груп) Ко., ЛТД., РЗН 2022/10918 от 25.06.2020 года, однако длина катетера, на котором смонтирован данный стент составляет 140 см, что подтверждается информацией, указанной в инструкции по применению производителя, то есть, не подходит под требования технического задания («не менее 142 см»).

2. Позиция 11 сформирована под товар единственного производителя – проводник Radifocus Guide Wire производства Герумо Корпорейшн, Япония, РЗН 2016/4754 от 04.04.2023 года. Установленное заказчиком требование о одновременно наличии у закупаемого товара по данной позиции «стандартного и жесткого» кончика проводника ограничивает возможность предложить к поставке аналогичные изделия других производителей.

3. Под описание объекта закупки по позиции 20 не подходит ни одно изделие, так как среди зарегистрированных в России медицинских изделий отсутствуют баллонные дилатационные катетеры для ангиопластики, которые отвечали бы совокупности указанных заказчиком характеристик.

Учитывая вышеизложенное, считаем необходимым внести изменения в извещение таким образом, чтобы под совокупность характеристик, указанных в описании объекта закупки по перечисленным позициям, подходило не менее двух эквивалентных товаров, производство которых осуществляется разными производителями.

При этом, в силу ч.1 ст.17 ФЗ №135 при проведении торгов запрещаются действия, которые приводят или могут привести к недопущению, ограничению или устранению конкуренции. Законодательные требования направлены на недопущение ограничения конкуренции и обеспечения объективного описания технических характеристик товара, необходимых заказчику. Согласно ч.2 ст.17 ФЗ №135 при проведении торгов в случае закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд запрещается не предусмотренное федеральными законами или иными нормативными правовыми актами ограничение доступа к участию в торгах. Данный вывод подтверждается п. 37 Постановления Пленума ВС РФ от 04.03.2021 N 2, Определением ВС РФ от 05.02.2018 по делу N А44-89/2017, Решением Хабаровского УФАС России от 30.11.2018 по делу N 8-01/175).

На основании изложенного, руководствуясь ст. 3 ФЗ №223, ст. 17, п.1 ч.1 ст.18.1 ФЗ №135, прошу:

1. Признать настоящую жалобу обоснованной;
2. Приостановить процедуру закупки путем проведения закрытого электронного аукциона № 32312517646 в части заключения контракта до рассмотрения настоящей жалобы по существу;
3. Признать в действиях Заказчика нарушение требований ст.3 ФЗ №223, ст.17 ФЗ №135;
4. Выдать Заказчику предписание об устранении описанных нарушений, в том числе о внесении изменений в документацию к проводимому аукциону в соответствии с настоящей жалобой.