



**УПРАВЛЕНИЕ  
Федеральной антимонопольной службы  
по Свердловской области**

**РЕШЕНИЕ  
по жалобе № 066/01/18.1-2242/2022**

г. Екатеринбург

18.07.2022г.

Комиссия Управления Федеральной антимонопольной службы по Свердловской области по рассмотрению жалоб на действия организатора торгов (далее по тексту – Комиссия) в составе:

\*

посредством использования интернет-видеоконференции, которая обеспечивает возможность участия сторон, в 09-30 при участии представителей:

— заказчика в лице Государственного автономного учреждения здравоохранения Свердловской области «Красноурьинская городская больница», — \*

— заявителя в лице ООО «Морской ординар», — \*

рассмотрев жалобу ООО «Морской ординар» (вх. № 1481-ЭП/22 от 01.07.2022г.) с информацией о нарушении заказчиком в лице Государственного автономного учреждения здравоохранения Свердловской области «Красноурьинская городская больница», его комиссией Федерального закона № 223-ФЗ от 18.07.2011г. «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» при проведении запроса котировок в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства на поставку расходного материала (извещение № 32211482629) в порядке ст. 18.1 Федерального Закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» (далее – Закон о защите конкуренции),

**У С Т А Н О В И Л А:**

В Управление Федеральной антимонопольной службы по Свердловской области поступила жалоба ООО «Морской ординар» (вх. № 1481-ЭП/22 от 01.07.2022г.) с информацией о нарушении заказчиком в лице Государственного автономного учреждения здравоохранения Свердловской области «Красноурьинская городская больница», его комиссией Федерального закона № 223-ФЗ от 18.07.2011г. «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» при проведении запроса котировок в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства на поставку расходного материала (извещение № 32211482629), соответствующая требованиям части 6 статьи 18.1 Закона о защите конкуренции.

В своей жалобе заявитель оспаривает неправомерное, по его мнению, отклонение заявки общества от участия в данной закупочной процедуре по причине ее несоответствия требованиям извещения, а также указывает, что под описание объекта закупки подходит товар одного единственного производителя — Launcher – Medtronic.

Представитель заказчика с доводами, изложенными в жалобе, не согласился; просил признать её необоснованной.

Заслушав доводы представителей заказчика, заявителя, изучив имеющиеся доказательства, Комиссия пришла к следующим выводам.

Согласно ч. 2 ст. 18.1 Закона о защите конкуренции действия (бездействие) организатора торгов, оператора электронной площадки, конкурсной или аукционной комиссии могут быть обжалованы в антимонопольный орган лицами, подавшими заявки на участие в торгах, а в случае, если такое обжалование связано с нарушением установленных нормативными правовыми актами порядка размещения информации о проведении торгов, порядка подачи заявок на участие в торгах, также иным лицом (заявителем), права или законные интересы которого могут быть ущемлены или нарушены в результате нарушения порядка организации и проведения торгов; акты и (или) действия (бездействие) уполномоченного органа и (или) организации, осуществляющей эксплуатацию сетей, могут быть обжалованы юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем, права или законные интересы которых, по их мнению, нарушены в результате осуществления в отношении таких лиц процедур, включенных в исчерпывающие перечни процедур в сферах строительства, либо предъявления требования осуществить процедуру, не включенную в исчерпывающий перечень процедур в соответствующей сфере строительства (далее в настоящей статье - заявитель).

В соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 18.1 Закона о защите конкуренции в соответствии с правилами настоящей статьи антимонопольный орган рассматривает жалобы, в том числе, на действия (бездействие) юридического лица, организатора торгов, оператора электронной площадки, конкурсной или аукционной комиссии при организации и проведении торгов, заключении договоров по результатам торгов или в случае, если торги, проведение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, признаны несостоявшимися, а также при организации и проведении закупок в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», за исключением жалоб, рассмотрение которых предусмотрено законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

Согласно ч. 20 ст. 18.1 Закона о защите конкуренции по результатам рассмотрения жалобы по существу комиссия антимонопольного органа принимает решение о признании жалобы обоснованной или необоснованной и в случае, если жалоба признана обоснованной, либо в случае установления иных не являющихся предметом обжалования нарушений (нарушений порядка организации и проведения торгов, заключения договоров по результатам торгов или в случае признания торгов несостоявшимися, нарушений порядка осуществления в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, являющихся субъектами градостроительных отношений, процедур, включенных в исчерпывающие перечни процедур в сферах строительства) принимает решение о необходимости выдачи предписания, предусмотренного пунктом 3.1 части 1 статьи 23 настоящего Федерального закона.

В соответствии с ч. 1 ст. 2 Закона о закупках при закупке товаров, работ, услуг заказчики руководствуются Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, настоящим Федеральным законом, другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также принятыми в соответствии с ними и утвержденными с учетом положений части 3 настоящей статьи правовыми актами, регламентирующими правила закупки (далее - положение о закупке).

В силу ч. 2 ст. 2 Закона о закупках положение о закупке является документом, который регламентирует закупочную деятельность заказчика и должен содержать требования к закупке, в том числе порядок подготовки и осуществления закупок способами, указанными в частях 3.1 и 3.2 статьи 3 настоящего Федерального закона, порядок и условия их применения, порядок заключения и исполнения договоров, а также иные связанные с обеспечением закупки положения.

Документом, регламентирующим закупочную деятельность заказчика, является Положение о закупках, утвержденное решением Наблюдательного совета Государственного автономного учреждения здравоохранения Свердловской области «Красноурьинская городская больница» (приказ № 198-ОД от 27.12.2019г.) и размещенное в единой информационной системе в редакции № 17 от 11.05.2022г.

20.06.2022г. в Единой информационной системе размещено извещение № 32211482629 на поставку расходного материала.

Начальная (максимальная) цена договора 4 999 500, 00 руб.

Заказчик определяет требования к участникам закупки в документации о конкурентной закупке в соответствии с положением о закупке. Не допускается предъявлять к участникам закупки, к закупаемым товарам, работам, услугам, а также к условиям исполнения договора требования и осуществлять оценку и сопоставление заявок на участие в закупке по критериям и в порядке, которые не указаны в документации о закупке. Требования, предъявляемые к участникам закупки, к закупаемым товарам, работам, услугам, а также к условиям исполнения договора, критерии и порядок оценки и сопоставления заявок на участие в закупке, установленные заказчиком, применяются в равной степени ко всем участникам закупки, к предлагаемым ими товарам, работам, услугам, к условиям исполнения договора (ч. 6 ст. 3 Закона о закупках).

Согласно п. 2 ч. 10 ст. 4 Закона о закупках в документации о конкурентной закупке должны быть указаны:

2) требования к содержанию, к форме, оформлению и составу заявки на участие в закупке

Статьей 3.4 Закона о закупках предусмотрены особенности осуществления конкурентной закупки в электронной форме и функционирования электронной площадки для целей осуществления конкурентной закупки, участниками которой могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства.

Заявка на участие в запросе котировок в электронной форме должна содержать информацию и документы, предусмотренные частью 19.1 настоящей статьи, в случае установления заказчиком обязанности их представления (ч. 19.7 ст. 3.4 Закона о закупках).

В соответствии с п.п. 10, 11 ч. 19.1 ст. 3.4 Закона о закупках в документации о конкурентной закупке заказчик вправе установить обязанность представления следующих информации и документов:

10) предложение участника конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства в отношении предмета такой закупки;

11) копии документов, подтверждающих соответствие товара, работы или услуги, являющихся предметом закупки, требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, в случае, если требования к данному товару, работе или услуге установлены в соответствии с законодательством Российской Федерации и перечень таких документов предусмотрен документацией о конкурентной закупке. При этом не допускается требовать представление указанных документов, если в соответствии с законодательством Российской Федерации они передаются вместе с товаром.

На основании пп. 3 п. 210 Положения о закупках заявка на участие в запросе котировок должна содержать следующие сведения:

3) согласие участника закупки исполнить условия извещения о проведении запроса котировок с указанием предлагаемых характеристик предмета закупки, конкретных показателей, установленных в извещении о проведении запроса котировок.

Комиссия в срок, не превышающий пять дней, следующих за днем окончания срока подачи заявок на участие в запросе котировок, рассматривает заявки на соответствие их требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок (п. 213 Положения о закупках).

Согласно п. 216 Положения о закупках на основании результатов рассмотрения заявок на участие в запросе котировок комиссией принимается решение о признании заявок на участие в запросе котировок соответствующими требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок, или об отклонении заявок на участие в запросе котировок, а также оформляется протокол, который подписывается всеми присутствующими на заседании членами комиссии и размещаются заказчиком на электронной площадке и в ЕИС в срок, указанный в пункте 104 настоящего положения.

Комиссией установлено, что наименованием объекта закупки является «поставка расходного материала» (п. 3 Части II Информационной карты извещения).

Количество поставляемого товара, объем выполняемых работ, оказываемых услуг определены техническим заданием – Часть III. Описание объекта закупки (п. 3 Части II Информационной карты извещения).

В соответствии с позицией № 2 Технического задания извещения заказчиком закупается, в том числе, товар со следующими характеристиками:

№п/п	Наименование товара	Техническое описание	Количество, (шт)
2	Проводниковый катетер	Проводниковый катетер для проведения интервенционных процедур на коронарных артериях. Наличие различных конфигураций катетера: Джадкинс левый 3.0 , Джадкинс левый 3.5, Джадкинс левый 4.0, Джадкинс левый4.5, Джадкинс левый5.0, Джаткинс правый 3.0, Джаткинс правый3.5, Джаткинс правый4.0, Джаткинс правый5.0, Джаткинс правый6.0, Амплатц левый1, Амплатц левый2, Амплатц левый3, Амплатц правый 1, Амплатц правый 2, Форма катетера для внутренней грудной артерии, Многоцелевой, Левый коронарный байпас , Правый коронарный байпас , Форма хоккейной клюшки, Катетер с усиленной поддержкой дистального конца . Длина катетера: $\geq 100$ сантиметр. Диаметр самого большого совместимого проводника: $\geq 0.89$ миллиметр. Наличие наружных диаметров проводникового катетера: 5, 6, 7, 8 French. Внутренний просвет: 8 F - не менее 2.23 мм, 7 F – не менее 1.97 мм, 6 F – не менее 1.76 мм, 5 F – не менее 1.42 мм. <b>Наличие катетеров размером 5F, 6F, 7F, 8F с боковыми отверстиями.</b>	80

Согласно п. 11 Части II Информационной карты извещения участники закупки оформляют спецификацию заявки, указывая конкретное наименование товара, его функциональные характеристики (потребительские свойства) с указанием необходимых качественных и количественных характеристик, в том числе сведения о начальной (максимальной) цене единицы каждого товара, работы, услуги, являющихся предметом закупки.

документы (их копии):

- предоставление копии действующего регистрационного удостоверения Минздрава России, Минздравсоцразвития России или Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития с приложениями Приказ Росздравнадзора от 06.05.2019 N 3371"Об утверждении Административного регламента Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения по предоставлению государственной услуги по государственной регистрации медицинских изделий" (Зарегистрировано в Минюсте России 25.07.2019 N 55388).

29.06.2022г. закупочной комиссией была проведена процедура подведения итогов, по итогам которой составлен Протокол № ЗП 32211482629 от 29.06.2022г., подписанный присутствующими на заседании членами комиссии и размещенный на сайте единой информационной системы в сфере закупок 29.06.2022г.

Согласно Протоколу № ЗП 32211482629 от 29.06.2022г. заявка общества «Морской ординар» с идентификационным номером заявки № 2 была отклонена от участия в данной закупочной процедуре по следующим основаниям:

«на основании Гл.33 п.216 Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд государственного автономного учреждения здравоохранения Свердловской области «Краснотурьинская городская больница», а именно: По позиции № 2 заявки участник предлагает к поставке медицинское изделие «Устройство для ангиографии и ангиопластики с принадлежностями варианты исполнения: Проводниковый катетер Launcher, производства Соединенные Штаты Америки, Доминиканская Республика, Мексика, Ирландия "Медтроник Инк.", Соединенные Штаты Америки» (Регистрационное удостоверение №ФСЗ 2010/07047 от 31 мая 2021 г.), подтверждая в заявке параметр : Наличие катетеров размером 5F, 6F, 7F, 8F с боковыми отверстиями. Однако, по информации, имеющейся у Заказчика, у данного медицинского изделия отсутствуют модификации размером 5 French с боковыми отверстиями».

Возражая относительно данного решения закупочной комиссии, заявитель в своей жалобе указал, что в брошюре производителя в информации для заказа содержатся сведения, указывающие на то, что катетер «Launcher», предлагаемый к поставке обществом, имеет боковые отверстия для всех размеров 5, 6, 7, 8F.

Представитель заказчика, не соглашаясь с указанным доводом жалобы, пояснил, что согласно официальному сайту производителя Medtronic проводниковые катетеры Launcher размером 5 French не обладают боковыми отверстиями: катетеры проводниковые Launcher производства Medtronic доступны к заказу с боковыми отверстиями только для размеров 6,7,8 French.

Заслушав позиции сторон, Комиссия пришла к следующим выводам.

Исходя из представленной представителем заказчика на заседание Комиссии информации, следует, что заявителем по позиции № 2 Технического задания извещения был предложен к поставке следующий товар:

2	Устройство для ангиографии и ангиопластики с принадлежностями варианты исполнения: Проводниковый катетер Launcher	Проводниковый катетер для проведения интервенционных процедур на коронарных артериях. Наличие различных конфигураций катетера: Джадкинс левый 3.0, Джадкинс левый 3.5, Джадкинс левый 4.0, Джадкинс левый 4.5, Джадкинс левый 5.0, Джаткинс правый 3.0, Джаткинс правый 3.5, Джаткинс правый 4.0, Джаткинс правый 5.0, Джаткинс правый 6.0, Амплатц левый 1, Амплатц левый 2, Амплатц левый 3, Амплатц правый 1, Амплатц правый 2, Форма катетера для внутренней грудной артерии, Многоцелевой, Левый коронарный байпас, Правый коронарный байпас, Форма хоккейной клюшки, Катетер с усиленной поддержкой дистального конца. Длина катетера: 100 сантиметр. Диаметр самого большого совместимого проводника: 0.97 миллиметр. Наличие наружных диаметров проводникового катетера: 5, 6, 7, 8 French. Внутренний просвет: 8 F – 2.29 мм, 7 F – 2.06 мм, 6 F – 1.8 мм, 5 F – 1.47 мм. <b>Наличие катетеров размером 5F, 6F, 7F, 8F с боковыми отверстиями.</b>	-	Соединенные Штаты Америки, Доминиканская Республика, Мексика, Ирландия  "Медтроник Инк.", Соединенные Штаты Америки	80	шт	5200,00	416000,00
---	---	---	---	---	----	----	---------	-----------

Для целей полного и всестороннего рассмотрения доводов жалобы Свердловским УФАС России был направлен запрос информации в адрес ООО «Медтроник» - официального представителя производителя «Медтроник Инк.», США (исх. № ОК/1513/22 от 08.07.2022г.), перед которым был поставлен вопрос: «существует ли возможность изготовления и поставки товара «проводниковый катетер» размером 5F с наличием боковых отверстий (с приложением подтверждающих документов, включая, в том числе, сертификатов соответствия)?»

В адрес Свердловского УФАС России поступил ответ следующего содержания (вх. В8-339 от 15.07.2022г.):

«на территорию Российской Федерации осуществляется ввоз медицинских изделий «Устройство для ангиографии и ангиопластики с принадлежностями, вариант исполнения: Проводниковый катетер Launcher», Регистрационное Удостоверение № ФСЗ 2010/07047 от 31.05.2021, перечисленных в таблице ниже с соответствующими внутренними номерами компании, с внешним диаметром 5 Fr:

Внутренний номер компании	Наименование товара
LA5JL30	Катетер проводниковый Launcher 5Fr Judkins Left 3.0, 100 см

LA5JL35	<i>Катетер проводниковый Launcher 5Fr Judkins Left 3.5, 100 см</i>
LA5JL40	<i>Катетер проводниковый Launcher 5Fr Judkins Left 4.0, 100 см</i>
LA5JL45	<i>Катетер проводниковый Launcher 5Fr Judkins Left 4.5, 100 см</i>
LA5JL50	<i>Катетер проводниковый Launcher 5Fr Judkins Left 5.0, 100 см</i>
LA5JL60	<i>Катетер проводниковый Launcher 5Fr Judkins Left 6.0, 100 см</i>
LA5JCL30	<i>Катетер проводниковый Launcher 5Fr Judkins Left 3.0, 100 см</i>
LA5JCL35	<i>Катетер проводниковый Launcher 5Fr Judkins Left 3.5, 100 см</i>
LA5JCL40	<i>Катетер проводниковый Launcher 5Fr Judkins Left 4.0, 100 см</i>
LA5JCL45	<i>Катетер проводниковый Launcher 5Fr Judkins Left 4.5, 100 см</i>
LA5JCL50	<i>Катетер проводниковый Launcher 5Fr Judkins Left 5.0, 100 см</i>
LA5SL30	<i>Катетер проводниковый Launcher 5Fr Short Tip Judkins Left 3.0, 100 см</i>
LA5SL35	<i>Катетер проводниковый Launcher 5Fr Short Tip Judkins Left 3.5, 100 см</i>
LA5SL40	<i>Катетер проводниковый Launcher 5Fr Short Tip Judkins Left 4.0, 100 см</i>
LA5SL50	<i>Катетер проводниковый Launcher 5Fr Short Tip Judkins Left 5.0, 100 см</i>
LA5AL75	<i>Катетер проводниковый Launcher 5Fr Amplatz Left 0.75, 100 см</i>
LA5AL10	<i>Катетер проводниковый Launcher 5Fr Amplatz Left 1.0, 100 см</i>
LA5AL15	<i>Катетер проводниковый Launcher 5Fr Amplatz Left 1.5 100 см</i>
LA5AL20	<i>Катетер проводниковый Launcher 5Fr Amplatz Left 2.0, 100 см</i>
LA5AL25	<i>Катетер проводниковый Launcher 5Fr Amplatz Left 2.5, 100 см</i>
LA5AL30	<i>Катетер проводниковый Launcher 5Fr Amplatz Left 3.0, 100 см</i>
LA5AL40	<i>Катетер проводниковый Launcher 5Fr Amplatz Left 4.0, 100 см</i>
LA5SAL75	<i>Катетер проводниковый Launcher 5Fr Short Tip Amplatz Left 0.75, 100 см</i>
LA5SAL10	<i>Катетер проводниковый Launcher 5Fr Short Tip Amplatz Left 1.0, 100 см</i>
LA5SAL15	<i>Катетер проводниковый Launcher 5Fr Short Tip Amplatz Left 1.5, 100 см</i>
LA5SAL20	<i>Катетер проводниковый Launcher 5Fr Short Tip Amplatz Left 2.0, 100 см</i>
LA5SAL25	<i>Катетер проводниковый Launcher 5Fr Short Tip Amplatz Left 2.5, 100 см</i>
LA5SAL30	<i>Катетер проводниковый Launcher 5Fr Short Tip Amplatz Left 3.0, 100 см</i>
LA5EBU30	<i>Катетер проводниковый Launcher 5Fr Extra Back-Up support 3.0, 100 см</i>
LA5EBU35	<i>Катетер проводниковый Launcher 5Fr Extra Back-Up support 3.5, 100 см</i>
LA5EBU375	<i>Катетер проводниковый Launcher 5Fr Extra Back-Up support 3.75, 100 см</i>

LA5EBU40	<i>Катетер проводниковый Launcher 5Fr Extra Back-Up support 4.0, 100 см</i>
LA5EBU45	<i>Катетер проводниковый Launcher 5Fr Extra Back-Up support 4.5, 100 см</i>
LA5EBU50	<i>Катетер проводниковый Launcher 5Fr Extra Back-Up support 5.0, 100 см</i>
LA5JR30	<i>Катетер проводниковый Launcher 5Fr Judkins Right 3.0, 100 см</i>
LA5JR35	<i>Катетер проводниковый Launcher 5Fr Judkins Right 3.5, 100 см</i>
LA5JR40	<i>Катетер проводниковый Launcher 5Fr Judkins Right 4.0, 100 см</i>
LA5JR45	<i>Катетер проводниковый Launcher 5Fr Judkins Right 4.5, 100 см</i>
LA5JR50	<i>Катетер проводниковый Launcher 5Fr Judkins Right 5.0, 100 см</i>
LA5JR60	<i>Катетер проводниковый Launcher 5Fr Judkins Right 6.0, 100 см</i>
LA5JCR35	<i>Катетер проводниковый Launcher 5Fr Judkins Right 3.5, 100 см</i>
LA5JCR40	<i>Катетер проводниковый Launcher 5Fr Judkins Right 4.0, 100 см</i>
LA5JCR45	<i>Катетер проводниковый Launcher 5Fr Judkins Right 4.5, 100 см</i>
LA5SR30	<i>Катетер проводниковый Launcher 5Fr Short Tip Judkins Right 3.0, 100 см</i>
LA5SR40	<i>Катетер проводниковый Launcher 5Fr Short Tip Judkins Right 4.0, 100 см</i>
LA5SR50	<i>Катетер проводниковый Launcher 5Fr Short Tip Judkins Right 5.0, 100 см</i>
LA5SR60	<i>Катетер проводниковый Launcher 5Fr Short Tip Judkins Right 6.0, 100 см</i>
LA5AR10	<i>Катетер проводниковый Launcher 5Fr Amplatz Right 1.0, 100 см</i>
LA5AR20	<i>Катетер проводниковый Launcher 5Fr Amplatz Right 2.0, 100 см</i>
LA5ALR12	<i>Катетер проводниковый Launcher 5Fr Amplatz Left Right, 100 см</i>
LA5SAR10	<i>Катетер проводниковый Launcher 5Fr Short Tip Amplatz Right 1.0, 100 см</i>
LA5SAR20	<i>Катетер проводниковый Launcher 5Fr Short Tip Amplatz Right 2.0, 100 см</i>
LA5SCR35	<i>Катетер проводниковый Launcher 5Fr Shepherd's Crook Right 3.5см, 100 см</i>
LA5SCR40	<i>Катетер проводниковый Launcher 5Fr Shepherd's Crook Right 4.0см, 100 см</i>
LA5SCR50	<i>Катетер проводниковый Launcher 5Fr Shepherd's Crook Right 5.0см, 100 см</i>
LA5ECR35	<i>Катетер проводниковый Launcher 5Fr Extra back up Coronary Right 3.5см, 100 см</i>
LA5ECR40	<i>Катетер проводниковый Launcher 5Fr Extra back up Coronary Right 4.0см, 100 см</i>
LA5ECR45	<i>Катетер проводниковый Launcher 5Fr Extra back up Coronary Right 4.5см, 100 см</i>
LA5NOTO	<i>Катетер проводниковый Launcher 5Fr No Torque Right 100 см</i>
LA5RBU35	<i>Катетер проводниковый Launcher 5Fr Right Back Up 3.5см, 100 см</i>
LA5RBU40	<i>Катетер проводниковый Launcher 5Fr Right Back Up 4.0см, 100 см</i>

LA53DRIGHT	Катетер проводниковый Launcher 5Fr 3 Dimensional Right 100 см
LA5MB1	Катетер проводниковый Launcher 5Fr Multipurpose B-1, 100 см
LA5MB2	Катетер проводниковый Launcher 5Fr Multipurpose B-2, 100 см
LA5HSI	Катетер проводниковый Launcher 5Fr Hockeystick I, 100 см
LA5HSII	Катетер проводниковый Launcher 5Fr Hockeystick II, 100 см
LA5HSIII	Катетер проводниковый Launcher 5Fr Hockeystick III, 100 см
LA5ELGAMAL	Катетер проводниковый Launcher 5Fr El Gamal, 100 см
LA5MAC30	Катетер проводниковый Launcher 5Fr MAC-Curve 3.0, 100 см
LA5MAC35	Катетер проводниковый Launcher 5Fr MAC-Curve 3.5, 100 см
LA5MAC375	Катетер проводниковый Launcher 5Fr MAC-Curve 3.75, 100 см
LA5MAC40	Катетер проводниковый Launcher 5Fr MAC-Curve 4.0, 100 см
LA5MAC45	Катетер проводниковый Launcher 5Fr MAC-Curve 4.5, 100 см
LA5MAC50	Катетер проводниковый Launcher 5Fr MAC-Curve 5.0, 100 см
LA5LCB	Катетер проводниковый Launcher 5Fr Left Coronary Bypass, 100 см
LA5RCB	Катетер проводниковый Launcher 5Fr Right Coronary Bypass, 100 см
LA5RCBII	Катетер проводниковый Launcher 5Fr Right Coronary Bypass II, 100 см
LA5RCBD	Катетер проводниковый Launcher 5Fr Right Coronary Bypass, 90 см
LA5IMA	Катетер проводниковый Launcher 5Fr Internal Mammary Artery, 100 см
LA5IMAD	Катетер проводниковый Launcher 5Fr Internal Mammary Artery, 90 см
LA5CHAMP05	Катетер проводниковый Launcher 5Fr CHAMP curve 0.5см, 100 см
LA5CHAMP10	Катетер проводниковый Launcher 5Fr CHAMP curve 1.0см, 100 см
LA5CHAMP15	Катетер проводниковый Launcher 5Fr CHAMP curve 1.5см, 100 см
LA5CHAMP20	Катетер проводниковый Launcher 5Fr CHAMP curve 2.0см, 100 см
LA5CHAMP25	Катетер проводниковый Launcher 5Fr CHAMP curve 2.5см, 100 см
LA5CHAMP30	Катетер проводниковый Launcher 5Fr CHAMP curve 3.0см, 100 см
LA5CHAMP35	Катетер проводниковый Launcher 5Fr CHAMP curve 3.5см, 100 см
LA5CHAMP40	Катетер проводниковый Launcher 5Fr CHAMP curve 4.0см, 100 см
LA5MPST	Катетер проводниковый Launcher 5Fr Radial Curve, 100 см
LA5MRADIAL	Катетер проводниковый Launcher 5Fr Radial Curve, 100 см
LA5HSREL	Катетер проводниковый Launcher 5Fr Hockeystick Relaxed, 100 см
LA5ERADL	Катетер проводниковый Launcher 5Fr Easy Radial left, 100 см

LA5ERADLLT	Катетер проводниковый Launcher 5Fr Easy Radial left с длинным кончиком, 100 см
LA5ERADLST	Катетер проводниковый Launcher 5Fr с коротким кончиком, 100 см
LA5ERADR	Катетер проводниковый Launcher 5Fr Easy Radial right, 100 см
LA5ERADRST	Катетер проводниковый Launcher 5Fr Easy Radial right с коротким кончиком, 100 см

*Данные модели не имеют боковых отверстий».*

Из данного ответа следует, что на территорию Российской Федерации осуществляется ввоз только вышеуказанных медицинских изделий с внешним диаметром 5 Fr, ни одно из которых не обладает модификацией «наличие боковых отверстий».

Таким образом, учитывая ответ официального представителя производителя, товар которого намеревался поставить заявитель заказчику, из которого следует отсутствие возможности поставки товара «проводниковый катетер» размером 5F с наличием боковых отверстий, Комиссия не усматривает в действиях закупочной комиссии заказчика нарушений норм действующего законодательства.

Исходя из второго довода жалобы, заявитель считает, что установленным заказчиком в техническом задании характеристикам соответствует товар одного единственного производителя — Launcher – Medtronic.

Вместе с тем, изучив состав поданных на участие в закупке № 32211482629 заявок, которые были допущены закупочной комиссией и признаны соответствующими требованиям извещения, Комиссия пришла к выводу о соответствии требованиям описания объекта закупки товара еще одного производителя — Concierge.

На основании изложенного, второй довод жалобы был признан Комиссией необоснованным.

Комиссия, руководствуясь статьей 23, частями 1 – 4 статьи 41, статьей 48, частью 1 статьи 49, частью 20 статьи 18.1 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции»,

#### **Р Е Ш И Л А:**

1. Жалобу ООО «Морской ординар» признать необоснованной.
2. В действиях заказчика в лице Государственного автономного учреждения здравоохранения Свердловской области «Краснотурьинская городская больница», его комиссии нарушений Закона о закупках не выявлено.
3. Заказчику в лице Государственного автономного учреждения здравоохранения Свердловской области «Краснотурьинская городская больница», закупочной комиссии предписание об устранении нарушений законодательства о закупках не выдавать.

Настоящее решение может быть обжаловано в судебном порядке в течение трех месяцев со дня его принятия.

\*