

# ООО «ТД БФДБ»

<p>Юридический и почтовый адрес: 308017, г. Белгород, ул. Константина Заслонова 161-Г E-mail: <a href="mailto:tender_td@bfdb.ru">tender_td@bfdb.ru</a> тел./факс (4722) 21-49-94, 21-49-95, 21-49-96 ИНН/КПП 3123415339/312301001 ОКПО 15983592 ОКТМО 14701000001 Дата постановки на учет в налоговом органе 13.06.2017 г.</p>	<p>ОКВЭД 18.12, ОГРН 1173123021598 р/с 40702810400020001096 в АО УКБ «Белгородсоцбанк» г. Белгород БИК 041403701 к/с 30101810100000000701</p>
--	---

Исх. № 535/Ю  
от 08.10.2019 г.

В Управление Федеральной антимонопольной  
службы Оренбургской области

Фактический: г. Оренбург, ул.  
Краснознаменная, 22 Почтовый адрес: 460046,  
г. Оренбург, ул. 9 Января, 64

## ЖАЛОБА

**на действия государственного заказчика – государственное автономное учреждение здравоохранения «Оренбургская областная клиническая стоматологическая поликлиника», адрес: Российская Федерация, 460006, Оренбургская область, г. Оренбург, ул. Пролетарская, д. 155, корп. 2 (ОГРН 1025601716293, ИНН 5611014736)**

18 сентября 2019 года на официальном сайте [www.zakupki.gov.ru](http://www.zakupki.gov.ru) было размещено извещение о проведении открытого аукциона в электронной форме (№ 031908311588) на поставку изделий медицинского назначения для нужд ГАУЗ «ООКСП».

Начальная (максимальная) цена контракта 131315,00 рублей.

Заявка общества с ограниченной ответственностью «ТД БФДБ» на участие в электронном аукционе № 031908311588 была отклонена.

В обоснование отклонения заявки согласно протоколу рассмотрения заявок приведена следующая причина: «заявку признать несоответствующей требованиям документации об открытом аукционе в электронной форме п. 26 раздела 1.1 документации об открытом аукционе в электронной форме: несоответствие товаров, работ, услуг требованиям к товарам, работам, услугам, установленным аукционной документацией (несоответствие товаров, требованиям к товарам, установленным разделом II (Техническая часть) документации (не соответствует наименование предложенного к поставке товара). В соответствии с подпунктом пункта 3 части 6.1. статьи 3 Федерального закона 223-ФЗ от 18.07.2011 «О закупках товаров. Работ, услуг отдельными видами юридических лиц» наименование предмета закупки пишется без использования слова (или эквивалент) (указано в п. 7 раздела 1.1. документации об открытом аукционе в электронной форме».

Так, в документации к поставке требовалось:

№ п/п	Наименование товаров	Технические характеристики закупаемых товаров	Ед. изм.	Ко л-во
1.	Термобумага для УЗИ SONY UPP-110HG	Термобумага должна быть совместима с принтером Sony UP-X898MD, имеющимся в поликлинике. Тип V (высокий глянец). Должна быть предназначена для черно-белой печати	Штука	100

8977 з от 09.10.19

		<p>высокого качества формата А6. 100% отсутствие бумажной пыли на поверхности рулона. Должны быть стабильные характеристики термочувствительного слоя (более высокими, чем у термобумаги для УЗИ SONY UPP-110S или эквивалент и для УЗИ SONY UPP-110HD или эквивалент) что должно обеспечивать максимальный уровень качества при термопечати с высоким разрешением и длительную эксплуатацию принтеров без преждевременного выгорания элементов печатающей термоголовки. Длина рулона - 18 м, ширина 110 мм. Поверхность бумаги: белая высокоглянцевая. Разрешение изображения: 325 dpi. Передача полутонов: 8 бит (256 оттенков серого). Рулон термобумаги должен быть рассчитан не менее чем на 193 стандартных отпечатка. Каждый рулон индивидуально упакован в герметичную упаковку из непрозрачной металлизированной пленки. Срок хранения отпечатков не менее 5 лет. Соответствие ГОСТ 7826-93.</p>		
--	--	---	--	--

ООО «ТД БФДБ» предложило:

№ п/п	Наименование товаров	Технические характеристики закупаемых товаров	Ед. изм.	Кол-во
1.	<p>Термобумага для <b>УЗИ SONY Эквивалент бумаги UPP-110HG (реестровый номер у производителя 4999)</b> Товарный знак – ФДБ, фирменное наименование – Ленты диаграммные рулонные для медицинских регистрирующих приборов (110x18) <b>реестровый номер у производителя 4999</b> вариант исполнения - согласно приложения к РУ № ФСР2009/06045 от 30.11.2018 г. по согласованию с Заказчиком, Страна происхождения Российская Федерация</p>	<p>Термобумага <b>совместима с принтером Sony UP-X898MD, имеющимся в поликлинике. Тип V (высокий глянец)</b>. Предназначена для черно-белой печати высокого качества формата А6. 100% отсутствие бумажной пыли на поверхности рулона. Стабильные характеристики термочувствительного слоя (высокие, чем у термобумаги для <b>УЗИ SONY эквивалент бумаги UPP-110S</b> (реестровый номер у производителя 4777) и для <b>УЗИ SONY эквивалент бумаги UPP-110HD</b> (реестровый номер у производителя 4888) что обеспечивает высокий уровень качества при термопечати с высоким разрешением и длительную эксплуатацию принтеров без преждевременного выгорания элементов печатающей термоголовки. Длина рулона - 18 м, ширина 110 мм. <b>Поверхность бумаги:</b> белая высокоглянцевая. <b>Разрешение изображения:</b> 325 dpi. <b>Передача полутонов:</b> 8 бит (256 оттенков серого). Рулон термобумаги рассчитан на 193 стандартных отпечатка. Каждый рулон индивидуально упакован в герметичную упаковку из непрозрачной металлизированной пленки. Срок хранения отпечатков 7 лет. Соответствие ГОСТ 7826-93.</p>	Штука	100

Таким образом, Заявленные нами функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики четко соответствуют запрашиваемому заказчиком виду диаграммной продукции. Данная бумага совместима с имеющимся в Учреждении оборудованием для УЗИ -Sony UPP X898MD и используется в диагностических целях лечебными учреждениями по всей России.

Термобумага SONY UPP-110HG - данные характеристики являются идентифицирующими признаками бумаги торговой марки SONY, производства Японии и буквально означают следующее:

- U –universal (универсальная)
- P – photo (фото)
- P – paper (бумага)
- H- High (высокий)
- G – Glossy (глянец)

В соответствии с ч. 6.1 ст. 3 Закона N 223-ФЗ при описании в документации о конкурентной закупке ее предмета заказчик должен руководствоваться следующими правилами:

в описание предмета закупки не должны включаться требования или указания в отношении товарных знаков, знаков обслуживания, фирменных наименований, патентов, полезных моделей, промышленных образцов, наименование страны происхождения товара, требования к товарам, информации, работам, услугам при условии, что такие требования влекут за собой необоснованное ограничение количества участников закупки, за исключением случаев, если не имеется другого способа, обеспечивающего более точное и четкое описание указанных характеристик предмета закупки (п. 2 ч. 6.1 ст. 3 Закона N 223-ФЗ);

в случае использования в описании предмета закупки указания на товарный знак необходимо использовать слова "(или эквивалент)", за исключением предусмотренных п. 3 ч. 6.1 ст. 3 Закона N 223-ФЗ случаев.

Ссылка Заказчика на подпункт б пункта 3 части 6.1 статьи 3 Федерального закона от 18.07.2011 N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" наименование предмета закупки пишется без использования слова "(или эквивалент)" не **правомерна, поскольку в аукционной документации отсутствует обоснование необходимости использования оригинальной продукции, подтвержденное технической документацией на указанные машины и оборудование** в соответствии с требованиями Федерального закона от 18.07.2011 N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"

На основании изложенного,

Просим

1. Провести проверку на соответствие действий Заказчика положениям Федерального закона от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"
2. Выдать Заказчику обязательное для исполнения предписание об устранении нарушений законодательства.

Приложения:

1. Извещение о проведении закупки иного способа размещения;
2. Уведомление о результатах по протоколу

Генеральный директор  
ООО «ТД БФДБ»

